



Agilent 490 微型气相色谱 天然气分析仪

产品说明



主要优势

- **完整的解决方案**

Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪作为整体解决方案进行销售。分析仪经过工厂调试，随设备提供最终测试数据、分析方法参数、分析仪用户使用手册和校检标样。用户还可选择用于热值/BTU 计算的软件
- **操作简便**

Agilent 490 微型气相色谱仪经过精心设计，可获得最佳结果。操作人员无需具备高水平技能也可成功使用这款系统
- **满足您所需的速度**

微型气相色谱仪存在的意义就是为了实现快速色谱分析。在几秒（而非几分钟）内实现精确的气体分析有助于提高产品质量并实现更精准的产品估值
- **快速到货**

安捷伦天然气分析仪可现货发货，确保快速到货
- **最优配置**

天然气分析仪可在实验室或现场对天然气及相关样品流进行分析，为您提供可靠结果和耐用分析。根据天然气组成和目标化合物的不同，安捷伦提供了多种天然气分析仪解决方案
- **可直接使用**

可轻松启动；分析仪在销售时已完全加载了方法，并能在安装完成之后立即投入使用



Agilent Technologies

前言

天然气作为大宗商品，销售价格基于其能含量值。对于天然气供应和消费链中的所有利益相关者而言，准确测定天然气流的组成和热值十分重要。而这也正是 Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪的设计初衷。

天然气主要由甲烷、含量不同的其他烃类以及氮气和二氧化碳等永久性气体组成。不同来源的天然气通常组成成分类似，但含量各异。

通过气相色谱测定天然气的组成和能含量是一项性价比较高的成熟技术。Agilent 490 微型气相色谱仪能够为天然气分析提供各种解决方案。490 微型气相色谱仪可配备 1 至 4 个独立的色谱柱通道。每个色谱柱通道均配有电子载气控制装置、微机械进样器、窄径分析柱和微型热导检测器 (μ TCD)，各自可作为一套完整的微型化气相色谱系统。

选择符合您需求的天然气分析仪

根据天然气的组成和目标组分，安捷伦提供了四种基于 490 微型气相色谱的天然气分析仪配置。下一页的技术规格表中列出了硬件和分析特性的概况。

Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪配有可加热的样品管线和进样器，有助于消除冷凝点，防止水汽凝结，确保在整个样品流路中保持样品的完整性。

必要时，色谱柱通道配有反吹至放空口功能。对于分子筛色谱柱，需要反吹至放空口功能以保持分离效率，因为水分和二氧化碳容易快速吸附到固定相上，改变色谱性能，从而导致保留时间偏移和分离度降低。其他通道的反吹功能可用于将高碳数烃类反吹至放空口，从而避免后流出的组分干扰下次分析。

CP-Molsieve 5A 色谱柱通道配有保留时间稳定性 (RTS) 选件。RTS 选件在电子气体控制装置和色谱柱模块之间附加了在线过滤器，可确保载气中不含水分和二氧化碳。使用 RTS 选件可提高反吹二氧化碳的效率。这能够延长色谱柱寿命，更重要的是，还能实现更稳定的保留时间。

对于硫化氢分析，PoraPLOT U 色谱柱和微型气相色谱样品进样口的不锈钢管线和接口采用 UltiMetal 去活化涂层，提供了惰性样品流路，可获得出色的峰形和更低的检测限。有关每个色谱柱通道的更多分析详情和色谱图，请参阅天然气分析仪应用简报 [1]。

技术规格

分析仪特性	天然气分析仪 A	增强型天然气分析仪 A	天然气分析仪 B	增强型天然气分析仪 B
硬件				
微型气相色谱仪机箱类型	双通道型	四通道型	双通道型	四通道型
色谱柱通道个数	2	3	2	3
HayeSep A 色谱柱通道 40 cm, 带反吹功能	-	✓	-	-
HayeSep A 色谱柱通道 40 cm, 不带反吹功能	✓	-	-	-
PoraPLOT U 色谱柱通道 10 m, 带反吹功能	-	-	✓	✓
CP-MolSieve 5A 色谱柱通道 10 m, 带反吹和保留时间稳定性 (RTS) 功能	-	-	-	✓
CP-Sil 5 CB 色谱柱通道 6 m, 不带反吹功能	✓	-	✓	✓
CP-Sil 5 CB 色谱柱通道 4 m, 带反吹功能	-	✓	-	-
CP-Sil 5 CB 色谱柱通道 8 m, 不带反吹功能	-	✓	-	-
所有通道均配备可加热进样器 (最高温度 110 °C)	✓	✓	✓	✓
双载气连接 ⁽¹⁾	-	-	-	✓
样品进样口径 UltiMetal 处理, 用于硫化氢分析	-	-	✓	✓
可加热的样品管线 (最高温度 110 °C)	✓	✓	✓	✓
分析特性				
C1 至 C9 烃类分析	✓	✓	✓	✓
C1 至 C12 烃类分析	-	✓	-	-
二氧化碳分析	✓	✓	✓	✓
甲烷与混合空气分离	✓	✓	✓	✓
硫化氢分析 (最大 5%)	-	-	✓	✓
氧气和氮气分离	-	-	-	✓
氮气和氢气分析 ⁽¹⁾	-	-	-	✓
其他				
样品类型	天然气、液化天然气和相关气流 ⁽²⁾			
进样系统	内部样品泵或连续液流; 环境压力至 68 bar/1000 psi ⁽²⁾			
重现性 (RSD%) ⁽³⁾	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%	< 0.5%
典型分析时间	100 s (至 C7) 400 s (至 C9)	100 s (至 C10) 240 s (至 C12)	75 s (至 C6) 400 s (至 C9)	75 s (至 C6) 400 s (至 C9)

⁽¹⁾: CP-Molsieve 5A 色谱柱通道与其他通道分开; 所有通道的载气设置为氮气。如果需要分析氮气和氢气, 必须将载气更换为氦气

⁽²⁾: 在微型气相色谱仪中引入液化天然气 (LNG) 或加压样品 (高于 1 bar/14.5 psi) 时, 需要使用微型气化器

⁽³⁾: 恒温 and 恒压下, 利用 WCOT 色谱柱分析 1 mol% 丙烷

热值测定

为了确定天然气的商业价值，计算其热值和一些其他相关参数至关重要。通过可选 EZReporter 软件计算出的这些关键参数可作为打印报告（用于与实验室信息管理系统 (LIMS) 建立连接的导出文件），用于监测警示下限和警示上限，以及用于绘制趋势图。EZReporter 的兼容性和所支持官方方法的概述如下表所示。

产品描述	兼容的软件	支持的标准
用于热值/BTU 计算的 EZReporter	Agilent OpenLAB CDS EZChrom 版 Agilent OpenLAB CDS ChemStation 版	GPA 2172-09 ASTM D 3588-98 (2003) ISO 6976 (1995)

附件

下表列出了与 Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪兼容的最重要附件。如需了解更多信息或其他附件，请联系当地的安捷伦分公司。

产品描述	兼容的分析仪	部件号
便携式现场机箱 用于双通道机箱和一种载气	天然气分析仪 A 和天然气分析仪 B	G3581-63001
便携式现场机箱 用于四通道机箱和一种载气	增强型天然气分析仪 A 和增强型天然气分析仪 B	G3581-63002
便携式现场机箱 用于四通道机箱和两种载气	增强型天然气分析仪 B ⁽¹⁾	G3581-63003
用于微型气相色谱的微型气化器 可在样品进样至微型气相色谱仪之前控制液化石油气 (LPG) 和液化天然气 (LNG) 的蒸发。此外，可将高压气体样品（高达 1000 psi/7000 kPa）安全降压而不产生冷凝点，防止出现样品歧视。	全部 ⁽²⁾	G7623A + G7623A#001
Genie 过滤器	全部	多个部件号
流路选择阀	全部	多个部件号

⁽¹⁾: 如果氦气和氢气的分析中使用氦气作为 CP-MolSieve 5A 色谱柱通道的载气，则增强型天然气分析仪 B 需要使用带两种载气（部件号 G3581-63003）的便携式现场机箱

⁽²⁾: 微型气化器不能与便携式现场机箱结合使用

尺寸和重量

产品描述	in	cm	in	cm	in	cm	磅	kg
天然气分析仪 A 和天然气分析仪 B	11	28	6.5	16	12	30	14	6
增强型天然气分析仪 A 和增强型天然气分析仪 B	11	28	6.5	16	21.5	55	22	10
微型气相色谱仪电源	1.8	4.5	3.4	8.5	6.7	17	3.3	1.5

订购信息

可通过订购主部件号 G3582A 购买安捷伦天然气分析仪并利用选件号选择分析仪类型，如下表所示。表中还列出了热值计算工具，这些工具应以单独的选件号进行订购。

产品描述	部件号
Agilent 490 微型气相色谱分析仪	G3582A
Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪 A	G3582A#120
增强型 Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪 A	G3582A#121
Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪 B	G3582A#122
增强型 Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪 B	G3582A#123
用于热值计算的 EZReporter	G3582A#105

如需了解 490 微型气相色谱天然气分析仪或其他微型气相色谱解决方案的更多信息，请访问我们的网站 www.agilent.com/chem/microgc。

参考文献

[1] 5991-0275CHCN; Remko Van Loon; 使用 Agilent 490 微型气相色谱天然气分析仪快速分析天然气; 应用简报; 2012 年 4 月。

查找当地的安捷伦客户中心：

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线：

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们：

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价：

www.agilent.com/chem/erfq-cn

安捷伦科技大学：

<http://www.lscs-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊：

www.agilent.com/chem/accessagilent-cn

www.agilent.com/chem/gcsystems

安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。

本资料中的信息、说明和指标如有变更，恕不另行通知。

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2016

2016年10月5日，中国出版

5991-0301CHCN



Agilent Technologies