

InterPlay Adenoviral TAP System, Part Number 240215

Section 1. Identification

Identificateur de produit	: InterPlay Adenoviral TAP System, Part Number 240215																																																															
N° d'article (Kit Chimique.)	: 240215																																																															
N° d'article	: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>β-Mercaptoethanol</td><td>240107-53</td></tr> <tr><td>Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A</td><td>240216-51</td></tr> <tr><td>Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B</td><td>240216-52</td></tr> <tr><td>pCTAP Shuttle vector-C</td><td>240216-53</td></tr> <tr><td>Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector</td><td>240217-51</td></tr> <tr><td>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</td><td>240008-51</td></tr> <tr><td>AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells</td><td>240085-41</td></tr> <tr><td>BJ5183-AD-1 electroporation competent cells</td><td>200157-41</td></tr> <tr><td>Transformation Control</td><td>200157-42</td></tr> <tr><td>XL10-Gold Ultracompetent cells</td><td>200315-41</td></tr> <tr><td>XL10-Gold 2-Mercaptoethanol</td><td>200314-43</td></tr> <tr><td>pUC 18 DNA Control Plasmid</td><td>200231-42</td></tr> <tr><td>Lysis Buffer</td><td>240107-51</td></tr> <tr><td>0.5 M EDTA</td><td>240107-52</td></tr> <tr><td>Streptavidin Resin</td><td>240105-51</td></tr> <tr><td>Streptavidin Binding Buffer</td><td>240107-54</td></tr> <tr><td>Streptavidin Elution Buffer</td><td>240107-56</td></tr> <tr><td>Streptavidin Supernatant Supplement</td><td>240107-57</td></tr> <tr><td>MS-Grade Calmodulin Resin</td><td>240106-51</td></tr> <tr><td>Calmodulin Binding Buffer</td><td>240107-58</td></tr> <tr><td>Calmodulin Elution Buffer</td><td>240107-59</td></tr> </table>	β-Mercaptoethanol	240107-53	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	240216-51	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	240216-52	pCTAP Shuttle vector-C	240216-53	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	240217-51	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	240008-51	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	240085-41	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	200157-41	Transformation Control	200157-42	XL10-Gold Ultracompetent cells	200315-41	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	200314-43	pUC 18 DNA Control Plasmid	200231-42	Lysis Buffer	240107-51	0.5 M EDTA	240107-52	Streptavidin Resin	240105-51	Streptavidin Binding Buffer	240107-54	Streptavidin Elution Buffer	240107-56	Streptavidin Supernatant Supplement	240107-57	MS-Grade Calmodulin Resin	240106-51	Calmodulin Binding Buffer	240107-58	Calmodulin Elution Buffer	240107-59																					
β-Mercaptoethanol	240107-53																																																															
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	240216-51																																																															
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	240216-52																																																															
pCTAP Shuttle vector-C	240216-53																																																															
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	240217-51																																																															
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	240008-51																																																															
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	240085-41																																																															
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	200157-41																																																															
Transformation Control	200157-42																																																															
XL10-Gold Ultracompetent cells	200315-41																																																															
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	200314-43																																																															
pUC 18 DNA Control Plasmid	200231-42																																																															
Lysis Buffer	240107-51																																																															
0.5 M EDTA	240107-52																																																															
Streptavidin Resin	240105-51																																																															
Streptavidin Binding Buffer	240107-54																																																															
Streptavidin Elution Buffer	240107-56																																																															
Streptavidin Supernatant Supplement	240107-57																																																															
MS-Grade Calmodulin Resin	240106-51																																																															
Calmodulin Binding Buffer	240107-58																																																															
Calmodulin Elution Buffer	240107-59																																																															
Utilisations	: Réactif analytique. <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>β-Mercaptoethanol</td><td>0.75 mL (69 µl</td><td>14.4 M)</td></tr> <tr><td>Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A</td><td>0.02 mL (20 µg</td><td>1 µg/µl)</td></tr> <tr><td>Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B</td><td>0.02 mL (20 µg</td><td>1 µg/µl)</td></tr> <tr><td>pCTAP Shuttle vector-C</td><td>0.02 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector</td><td>0.02 mL (20 µg</td><td>1 µg/µl)</td></tr> <tr><td>pShuttle-CMV-lacZ Control Vector</td><td>0.01 mL (10 µg</td><td>1 µg/µl)</td></tr> <tr><td>AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells</td><td>1 mL</td><td></td></tr> <tr><td>BJ5183-AD-1 electroporation competent cells</td><td>0.5 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Transformation Control</td><td>0.01 mL (0.1 ng/µl</td><td>10 µl)</td></tr> <tr><td>XL10-Gold Ultracompetent cells</td><td>0.5 mL</td><td></td></tr> <tr><td>XL10-Gold 2-Mercaptoethanol</td><td>0.5 mL</td><td></td></tr> <tr><td>pUC 18 DNA Control Plasmid</td><td>0.01 mL (0.1 ng/µl)</td><td></td></tr> <tr><td>Lysis Buffer</td><td>50 mL</td><td></td></tr> <tr><td>0.5 M EDTA</td><td>0.2 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Streptavidin Resin</td><td>1.25 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Streptavidin Binding Buffer</td><td>25 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Streptavidin Elution Buffer</td><td>5 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Streptavidin Supernatant Supplement</td><td>0.1 mL</td><td></td></tr> <tr><td>MS-Grade Calmodulin Resin</td><td>0.625 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Calmodulin Binding Buffer</td><td>40 mL</td><td></td></tr> <tr><td>Calmodulin Elution Buffer</td><td>2.5 mL</td><td></td></tr> </table>	β-Mercaptoethanol	0.75 mL (69 µl	14.4 M)	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	0.02 mL (20 µg	1 µg/µl)	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	0.02 mL (20 µg	1 µg/µl)	pCTAP Shuttle vector-C	0.02 mL		Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	0.02 mL (20 µg	1 µg/µl)	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	0.01 mL (10 µg	1 µg/µl)	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	1 mL		BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	0.5 mL		Transformation Control	0.01 mL (0.1 ng/µl	10 µl)	XL10-Gold Ultracompetent cells	0.5 mL		XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	0.5 mL		pUC 18 DNA Control Plasmid	0.01 mL (0.1 ng/µl)		Lysis Buffer	50 mL		0.5 M EDTA	0.2 mL		Streptavidin Resin	1.25 mL		Streptavidin Binding Buffer	25 mL		Streptavidin Elution Buffer	5 mL		Streptavidin Supernatant Supplement	0.1 mL		MS-Grade Calmodulin Resin	0.625 mL		Calmodulin Binding Buffer	40 mL		Calmodulin Elution Buffer	2.5 mL	
β-Mercaptoethanol	0.75 mL (69 µl	14.4 M)																																																														
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	0.02 mL (20 µg	1 µg/µl)																																																														
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	0.02 mL (20 µg	1 µg/µl)																																																														
pCTAP Shuttle vector-C	0.02 mL																																																															
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	0.02 mL (20 µg	1 µg/µl)																																																														
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	0.01 mL (10 µg	1 µg/µl)																																																														
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	1 mL																																																															
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	0.5 mL																																																															
Transformation Control	0.01 mL (0.1 ng/µl	10 µl)																																																														
XL10-Gold Ultracompetent cells	0.5 mL																																																															
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	0.5 mL																																																															
pUC 18 DNA Control Plasmid	0.01 mL (0.1 ng/µl)																																																															
Lysis Buffer	50 mL																																																															
0.5 M EDTA	0.2 mL																																																															
Streptavidin Resin	1.25 mL																																																															
Streptavidin Binding Buffer	25 mL																																																															
Streptavidin Elution Buffer	5 mL																																																															
Streptavidin Supernatant Supplement	0.1 mL																																																															
MS-Grade Calmodulin Resin	0.625 mL																																																															
Calmodulin Binding Buffer	40 mL																																																															
Calmodulin Elution Buffer	2.5 mL																																																															
Fournisseur/Fabriquant	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA 800-227-9770																																																															
Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence (indiquer les heures de service)	: CHEMTREC®: 1-800-424-9300																																																															

Section 2. Identification des dangers

Classement de la substance ou du mélange

β-Mercaptoethanol

H227	LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4
H301	TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 3
H310	TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 2
H330	TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 2
H315	IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2
H318	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1
H317	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
H335	TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
H411	DANGER (A LONG TERME) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2

AD-293 Cell Line >1 x 10e6

Viable Cells

H320	IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B
------	------------------------------------

XL10-Gold Ultracompetent cells

H320	IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B
------	------------------------------------

XL10-Gold

2-Mercaptoethanol

H318	LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1
H317	SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1
H412	DANGER (A LONG TERME) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3

0.5 M EDTA

H319	IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
------	------------------------------------

Streptavidin Resin

H226	LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
H319	IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
H335	TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
H336	TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3
H373	TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (foie) - Catégorie 2

Streptavidin Supernatant Supplement

H360	TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 1
------	--

MS-Grade Calmodulin Resin

H226	LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3
H319	IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A
H335	TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3
H336	TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3
H373	TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (foie) - Catégorie 2

Éléments d'étiquetage SGH

Section 2. Identification des dangers

Pictogrammes de danger : Mercaptoethanol



XL10-Gold
2-Mercaptoethanol



0.5 M EDTA



Streptavidin Resin



Streptavidin Supernatant
Supplement




MS-Grade Calmodulin Resin



Mention d'avertissement

<input checked="" type="checkbox"/> Mercaptoethanol	Danger
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Pas de mention de danger.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Pas de mention de danger.
pCTAP Shuttle vector-C	Pas de mention de danger.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Pas de mention de danger.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Pas de mention de danger.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Attention
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Pas de mention de danger.
Transformation Control	Pas de mention de danger.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Attention
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Danger
pUC 18 DNA Control Plasmid	Pas de mention de danger.
Lysis Buffer	Pas de mention de danger.
0.5 M EDTA	Attention
Streptavidin Resin	Attention
Streptavidin Binding Buffer	Pas de mention de danger.
Streptavidin Elution Buffer	Pas de mention de danger.
Streptavidin Supernatant Supplement	Danger
MS-Grade Calmodulin Resin	Attention
Calmodulin Binding Buffer	Pas de mention de danger.
Calmodulin Elution Buffer	Pas de mention de danger.


Section 2. Identification des dangers

Mentions de danger	:  -Mercaptoethanol	<p>H227 - Liquide combustible. H310 + H330 - Mortel par contact cutané ou par inhalation. H301 - Toxique en cas d'ingestion. H318 - Provoque de graves lésions des yeux. H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aucun effet important ou danger critique connu.</p>
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	H320 - Provoque une irritation des yeux.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	H320 - Provoque une irritation des yeux.
	XL10-Gold	H318 - Provoque de graves lésions des yeux.
	2-Mercaptoethanol	<p>H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
	Streptavidin Resin	<p>H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (foie)</p>
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant Supplement	H360 - Peut nuire au fœtus.
	MS-Grade Calmodulin Resin	<p>H226 - Liquide et vapeurs inflammables. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H335 - Peut irriter les voies respiratoires. H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (foie)</p>
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.

Conseils de prudence

Section 2. Identification des dangers

Prévention

: -Mercaptoethanol

P280 - Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter une protection oculaire ou faciale.
 P284 - Porter un équipement de protection respiratoire.
 P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
 P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
 P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
 P260 - Ne pas respirer les vapeurs.
 P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
 P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
 P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
 Non applicable.


Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A Non applicable.
 Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B Non applicable.
 pCTAP Shuttle vector-C Non applicable.
 Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector Non applicable.
 pShuttle-CMV-lacZ Control Vector Non applicable.
 AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
 BJ5183-AD-1 electroporation competent cells Non applicable.
 Transformation Control Non applicable.
 XL10-Gold Ultracompetent cells P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
 XL10-Gold 2-Mercaptoethanol P280 - Porter des gants de protection. Porter une protection oculaire ou faciale.
 P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
 P261 - Ne pas respirer les vapeurs.
 P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

pUC 18 DNA Control Plasmid Non applicable.
 Lysis Buffer Non applicable.
 0.5 M EDTA P280 - Porter une protection oculaire ou faciale.
 P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Streptavidin Resin P280 - Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter une protection oculaire ou faciale.
 P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
 P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 P260 - Ne pas respirer les vapeurs.
 P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Streptavidin Binding Buffer Non applicable.
 Streptavidin Elution Buffer Non applicable.
 Streptavidin Supernatant Supplement P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.

Section 2. Identification des dangers

		P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
		P280 - Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter une protection oculaire ou faciale.
	MS-Grade Calmodulin Resin	P280 - Porter des gants de protection. Porter des vêtements de protection. Porter une protection oculaire ou faciale.
		P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer.
		P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
		P260 - Ne pas respirer les vapeurs.
		P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
	Calmodulin Binding Buffer	Non applicable.
	Calmodulin Elution Buffer	Non applicable.
Intervention	:  -Mercaptoethanol	P391 - Recueillir le produit répandu.
		P304 + P340 + P310 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
		P301 + P310 + P330 - EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Rincer la bouche.
		P302 + P361+P364 + P352 + P310 + P362+P364 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver abondamment à l'eau et au savon. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
		P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Obtenir des soins médicaux.
		P305 + P351 + P338 + P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non applicable.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non applicable.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non applicable.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non applicable.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non applicable.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
		P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non applicable.
	Transformation Control	Non applicable.

Section 2. Identification des dangers

XL10-Gold Ultracompetent cells	P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	P302 + P352 + P362+P364 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Obtenir des soins médicaux. P305 + P351 + P338 + P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
pUC 18 DNA Control Plasmid Lysis Buffer 0.5 M EDTA	Non applicable. Non applicable. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
Streptavidin Resin	P314 - Obtenez des soins médicaux si vous vous sentez mal. P304 + P340 + P312 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal. P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
Streptavidin Binding Buffer Streptavidin Elution Buffer Streptavidin Supernatant Supplement MS-Grade Calmodulin Resin	Non applicable. Non applicable. P308 + P313 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Obtenir des soins médicaux. P314 - Obtenez des soins médicaux si vous vous sentez mal. P304 + P340 + P312 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous vous sentez mal. P303 + P361 + P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC

Section 2. Identification des dangers

		LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
		P337 + P313 - Si l'irritation des yeux persiste: Obtenir des soins médicaux.
Stockage	Calmodulin Binding Buffer	Non applicable.
	Calmodulin Elution Buffer	Non applicable.
	<input checked="" type="checkbox"/> -Mercaptoethanol	P405 - Garder sous clef.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non applicable.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non applicable.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non applicable.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non applicable.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non applicable.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non applicable.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non applicable.
	Transformation Control	Non applicable.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non applicable.
	XL10-Gold	Non applicable.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable.
	Lysis Buffer	Non applicable.
	0.5 M EDTA	Non applicable.
	Streptavidin Resin	P405 - Garder sous clef.
	Streptavidin Binding Buffer	Non applicable.
	Streptavidin Elution Buffer	Non applicable.
Streptavidin Supernatant Supplement	P405 - Garder sous clef.	
MS-Grade Calmodulin Resin	P405 - Garder sous clef.	
Calmodulin Binding Buffer	Non applicable.	
Calmodulin Elution Buffer	Non applicable.	
Élimination	<input checked="" type="checkbox"/> -Mercaptoethanol	P501 - Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non applicable.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non applicable.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non applicable.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non applicable.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non applicable.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non applicable.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non applicable.
	Transformation Control	Non applicable.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non applicable.
	XL10-Gold	
	2-Mercaptoethanol	P501 - Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable.

Section 2. Identification des dangers

Éléments d'une étiquette complémentaire	Lysis Buffer	Non applicable.
	0.5 M EDTA	Non applicable.
	Streptavidin Resin	P501 - Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
	Streptavidin Binding Buffer	Non applicable.
	Streptavidin Elution Buffer	Non applicable.
	Streptavidin Supernatant Supplement	P501 - Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
	MS-Grade Calmodulin Resin	P501 - Éliminer le contenu et le récipient conformément à toutes les réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
	Calmodulin Binding Buffer	Non applicable.
	Calmodulin Elution Buffer	Non applicable.
	β-Mercaptoethanol	Aucun connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun connu.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun connu.
	Transformation Control	Aucun connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun connu.
	XL10-Gold	Aucun connu.
	2-Mercaptoethanol	Aucun connu.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun connu.
	Lysis Buffer	Aucun connu.
	0.5 M EDTA	Aucun connu.
	Streptavidin Resin	Aucun connu.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun connu.
Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun connu.	
MS-Grade Calmodulin Resin	Aucun connu.	
Calmodulin Binding Buffer	Aucun connu.	
Calmodulin Elution Buffer	Aucun connu.	
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30%	
XL10-Gold Ultracompetent cells	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 1 - 10% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30%	
XL10-Gold	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30%	
2-Mercaptoethanol	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30%	
0.5 M EDTA	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 10 - 30% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 10 - 30% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité orale inconnue : 10 - 30%	
Streptavidin Supernatant	Pourcentage du mélange consistant en des	

Section 2. Identification des dangers

	Supplement	ingrédients de toxicité cutanée inconnue : 1 - 10% Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 1 - 10%
	MS-Grade Calmodulin Resin	Pourcentage du mélange consistant en des ingrédients de toxicité inhalable inconnue : 1 - 10%
Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification	: β-Mercaptoethanol	Aucun connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun connu.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun connu.
	Transformation Control	Aucun connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun connu.
	XL10-Gold	Aucun connu.
	2-Mercaptoethanol	Aucun connu.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun connu.
	Lysis Buffer	Aucun connu.
	0.5 M EDTA	Aucun connu.
	Streptavidin Resin	Aucun connu.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun connu.
	Streptavidin Supernatant	Aucun connu.
	Supplement	
MS-Grade Calmodulin Resin	Aucun connu.	
Calmodulin Binding Buffer	Aucun connu.	
Calmodulin Elution Buffer	Aucun connu.	

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Substance/préparation	: β-Mercaptoethanol	Substance
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Mélange
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Mélange
	pCTAP Shuttle vector-C	Mélange
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Mélange
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Mélange
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Mélange
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Mélange
	Transformation Control	Mélange
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Mélange
	XL10-Gold	Mélange
	2-Mercaptoethanol	Mélange
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Mélange
	Lysis Buffer	Mélange
	0.5 M EDTA	Mélange
	Streptavidin Resin	Mélange

Section 3. Composition/information sur les ingrédients

Streptavidin Binding Buffer	Mélange
Streptavidin Elution Buffer	Mélange
Streptavidin Supernatant Supplement	Mélange
MS-Grade Calmodulin Resin	Mélange
Calmodulin Binding Buffer	Mélange
Calmodulin Elution Buffer	Mélange

Nom des ingrédients	% (p/p)	Numéro CAS
β-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	100	60-24-2
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells Diméthylsulfoxyde	≥10 - ≤25	67-68-5
XL10-Gold Ultracompetent cells Glycérol	≥10 - ≤25	56-81-5
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	≤5	60-24-2
0.5 M EDTA Acide edetique	≥10 - <25	60-00-4
Streptavidin Resin Alcool éthylique	≥10 - ≤25	64-17-5
Streptavidin Supernatant Supplement Imidazole	<1	288-32-4
MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	≥10 - ≤25	64-17-5

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

Section 4. Premiers soins

Description des premiers soins nécessaires

Contact avec les yeux : β-Mercaptoethanol

Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A

Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B

Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

pCTAP Shuttle vector-C

Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières

Section 4. Premiers soins

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Transformation Control	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
Lysis Buffer	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.
0.5 M EDTA	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.
Streptavidin Resin	Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte

Section 4. Premiers soins

des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.

Streptavidin Binding Buffer Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Streptavidin Elution Buffer Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Streptavidin Supernatant Supplement Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.

MS-Grade Calmodulin Resin Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin.

Calmodulin Binding Buffer Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Calmodulin Elution Buffer Rincer immédiatement les yeux à grande eau, en soulevant de temps en temps les paupières supérieures et inférieures. Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Inhalation

: -Mercaptoethanol

Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

pCTAP Shuttle vector-C Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement

Section 4. Premiers soins

	respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Transformation Control	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un

Section 4. Premiers soins

	ceinturon.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Lysis Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
0.5 M EDTA	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon. En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
Streptavidin Resin	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Streptavidin Binding Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Streptavidin Elution Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Streptavidin Supernatant Supplement	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-

Section 4. Premiers soins

vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

MS-Grade Calmodulin Resin	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. En l'absence de respiration, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, il faut que du personnel qualifié administre la respiration artificielle ou de l'oxygène. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Calmodulin Binding Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Calmodulin Elution Buffer	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Contact avec la peau : -Mercaptoethanol

Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin. En cas de plaintes ou de symptômes, éviter toute exposition ultérieure. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre. Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
pCTAP Shuttle vector-C	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.

Section 4. Premiers soins

	Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Transformation Control	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Laver abondamment à l'eau et au savon. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin. En cas de plaintes ou de symptômes, éviter toute exposition ultérieure. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Lysis Buffer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
0.5 M EDTA	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
Streptavidin Resin	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Obtenir des soins médicaux à la suite d'une exposition ou si une personne se sent mal. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.
Streptavidin Binding Buffer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Streptavidin Elution Buffer	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Streptavidin Supernatant Supplement	Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

Section 4. Premiers soins


Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.

MS-Grade Calmodulin Resin Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Continuer à rincer pendant au moins 10 minutes. Obtenir des soins médicaux à la suite d'une exposition ou si une personne se sent mal. Laver les vêtements avant de les réutiliser. Laver soigneusement les chaussures avant de les remettre.

Calmodulin Binding Buffer Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Calmodulin Elution Buffer Rincer la peau contaminée avec beaucoup d'eau. Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Ingestion

: -Mercaptoethanol Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

pCTAP Shuttle vector-C Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites

Section 4. Premiers soins

	quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Transformation Control	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position

Section 4. Premiers soins

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	<p>où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.</p>
pUC 18 DNA Control Plasmid	<p>Consulter un médecin immédiatement. Appeler un centre antipoison ou un médecin. Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Les brûlures chimiques doivent être traitées rapidement par un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.</p>
Lysis Buffer	<p>Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.</p>
0.5 M EDTA	<p>Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car</p>

Section 4. Premiers soins

	des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin si les effets nocifs persistent ou sont graves. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Streptavidin Resin	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Streptavidin Binding Buffer	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Streptavidin Elution Buffer	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Streptavidin Supernatant Supplement	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin. Ne rien faire

Section 4. Premiers soins

	ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
MS-Grade Calmodulin Resin	Laver la bouche avec de l'eau. Enlever les prothèses dentaires s'il y a lieu. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Arrêter si la personne se sent malade car des vomissements peuvent être dangereux. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas de vomissements, garder la tête basse afin d'éviter la pénétration du vomi dans les poumons. Consulter un médecin. Si nécessaire, appeler un centre antipoison ou un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. Si la personne est inconsciente, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin immédiatement. Assurez-vous d'une bonne circulation d'air. Détacher tout ce qui pourrait être serré, comme un col, une cravate, une ceinture ou un ceinturon.
Calmodulin Binding Buffer	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.
Calmodulin Elution Buffer	Laver la bouche avec de l'eau. Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas d'ingestion de la matière et si la personne exposée est consciente, lui donner de petites quantités d'eau à boire. Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. Consulter un médecin si des symptômes se développent.

Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux	: β -Mercaptoethanol	Provoque de graves lésions des yeux.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Provoque une irritation des yeux.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 4. Premiers soins

	cells	
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent	Provoque une irritation des yeux.
	cells	
	XL10-Gold	Provoque de graves lésions des yeux.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Provoque une sévère irritation des yeux.
	Streptavidin Resin	Provoque une sévère irritation des yeux.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Supplement	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Provoque une sévère irritation des yeux.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: β -Mercaptoethanol	Mortel par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	BJ5183-AD-1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	electroporation competent cells	
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent	Aucun effet important ou danger critique connu.
	cells	
	XL10-Gold	Aucun effet important ou danger critique connu.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Supplement	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Contact avec la peau	: β -Mercaptoethanol	Mortel par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 4. Premiers soins

	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Peut provoquer une allergie cutanée.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: β -Mercaptoethanol	Toxique en cas d'ingestion.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.

Signes/symptômes de surexposition


Section 4. Premiers soins

Contact avec les yeux	: β -Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur larmoiement rougeur
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A		Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B		Aucune donnée spécifique.
pCTAP Shuttle vector-C		Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector		Aucune donnée spécifique.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector		Aucune donnée spécifique.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells		Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmoiement rougeur
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells		Aucune donnée spécifique.
Transformation Control		Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold Ultracompetent cells		Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmoiement rougeur
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol		Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur larmoiement rougeur
pUC 18 DNA Control Plasmid		Aucune donnée spécifique.
Lysis Buffer		Aucune donnée spécifique.
0.5 M EDTA		Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmoiement rougeur
Streptavidin Resin		Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmoiement rougeur
Streptavidin Binding Buffer		Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Elution Buffer		Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Supernatant Supplement		Aucune donnée spécifique.
MS-Grade Calmodulin Resin		Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmoiement rougeur
Calmodulin Binding Buffer		Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Elution Buffer		Aucune donnée spécifique.

Section 4. Premiers soins

Inhalation	:  -Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation des voies respiratoires toux
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée spécifique.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
	Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Aucune donnée spécifique.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
	0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Resin	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation des voies respiratoires toux nausées ou vomissements migraine sommolence/fatigue étourdissements/vertiges évanouissement
	Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: poids fœtal réduit augmentation de la mortalité fœtale malformations du squelette
	MS-Grade Calmodulin Resin	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation des voies respiratoires toux nausées ou vomissements migraine sommolence/fatigue étourdissements/vertiges évanouissement
	Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	:  -Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation rougeur la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pCTAP Shuttle	Aucune donnée spécifique.

Section 4. Premiers soins

Vector - B	Aucune donnée spécifique.
pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée spécifique.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation rougeur la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Resin	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Supernatant Supplement	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: poids fœtal réduit augmentation de la mortalité fœtale malformations du squelette
MS-Grade Calmodulin Resin	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Ingestion :  2-Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleurs stomacales
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.
pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée spécifique.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleurs stomacales
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Resin	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.


Section 4. Premiers soins

Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Supernatant	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement
Supplement	comprendre ce qui suit: poids fœtal réduit augmentation de la mortalité fœtale malformations du squelette
MS-Grade Calmodulin Resin	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.

Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

Note au médecin traitant	: β -Mercaptoethanol	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
pCTAP Shuttle vector-C		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Transformation Control		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
XL10-Gold Ultracompetent cells		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
pUC 18 DNA Control Plasmid		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Lysis Buffer		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
0.5 M EDTA		En cas d'inhalation de produits de décomposition dans un feu, des symptômes peuvent se manifester à retardement. La personne exposée peut nécessiter une surveillance médicale pendant 48 heures.
Streptavidin Resin		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Streptavidin Binding Buffer		Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Streptavidin Elution Buffer		Traitement symptomatique requis. Contactez le

Section 4. Premiers soins

	Streptavidin Supernatant Supplement	spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées. Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	Calmodulin Binding Buffer	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
	Calmodulin Elution Buffer	Traitement symptomatique requis. Contactez le spécialiste en traitement de poison immédiatement si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
Traitements particuliers	: β -Mercaptoethanol	Pas de traitement particulier.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Pas de traitement particulier.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Pas de traitement particulier.
	pCTAP Shuttle vector-C	Pas de traitement particulier.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Pas de traitement particulier.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Pas de traitement particulier.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Pas de traitement particulier.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Pas de traitement particulier.
	Transformation Control	Pas de traitement particulier.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Pas de traitement particulier.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Pas de traitement particulier.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Pas de traitement particulier.
	Lysis Buffer	Pas de traitement particulier.
	0.5 M EDTA	Pas de traitement particulier.
	Streptavidin Resin	Pas de traitement particulier.
	Streptavidin Binding Buffer	Pas de traitement particulier.
	Streptavidin Elution Buffer	Pas de traitement particulier.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Pas de traitement particulier.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Pas de traitement particulier.
	Calmodulin Binding Buffer	Pas de traitement particulier.
	Calmodulin Elution Buffer	Pas de traitement particulier.
Protection des sauveteurs	:  β -Mercaptoethanol	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	pCTAP Shuttle vector-C	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Section 4. Premiers soins

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Transformation Control	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Lysis Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
0.5 M EDTA	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.
Streptavidin Resin	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.
Streptavidin Binding Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Streptavidin Elution Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Streptavidin Supernatant Supplement	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.
MS-Grade Calmodulin Resin	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Le bouche-à-bouche peut se révéler dangereux pour la personne portant secours.
Calmodulin Binding Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Calmodulin Elution Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Section 4. Premiers soins

Voir Information toxicologique (section 11)

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction

Agents extincteurs appropriés

: β -Mercaptoethanol	Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO ₂ , de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
pCTAP Shuttle vector-C	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Transformation Control	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Lysis Buffer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
0.5 M EDTA	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Streptavidin Resin	Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO ₂ , de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.
Streptavidin Binding Buffer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Streptavidin Elution Buffer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Streptavidin Supernatant Supplement	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
MS-Grade Calmodulin Resin	Utiliser des poudres chimiques sèches, du CO ₂ , de l'eau vaporisée (brouillard) ou de la mousse.
Calmodulin Binding Buffer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.
Calmodulin Elution Buffer	Employer un agent extincteur qui convient aux feux environnants.

Agents extincteurs inappropriés

: β -Mercaptoethanol	NE PAS utiliser de jet d'eau.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun connu.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun connu.
pCTAP Shuttle vector-C	Aucun connu.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun connu.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun connu.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun connu.
BJ5183-AD-1	Aucun connu.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

electroporation competent cells	
Transformation Control	Aucun connu.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun connu.
XL10-Gold	Aucun connu.
2-Mercaptoethanol	
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun connu.
Lysis Buffer	Aucun connu.
0.5 M EDTA	Aucun connu.
Streptavidin Resin	NE PAS utiliser de jet d'eau.
Streptavidin Binding Buffer	Aucun connu.
Streptavidin Elution Buffer	Aucun connu.
Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun connu.
MS-Grade Calmodulin Resin	NE PAS utiliser de jet d'eau.
Calmodulin Binding Buffer	Aucun connu.
Calmodulin Elution Buffer	Aucun connu.

Dangers spécifiques du produit

:  2-Mercaptoethanol

Liquide combustible. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure. La vapeur ou le gaz est plus lourd que l'air et se répand le long du sol. Les vapeurs peuvent s'accumuler dans les endroits bas ou confinés, voyager sur une grande distance jusqu'à une source d'inflammation et provoquer un retour de flamme. Cette substance est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée dans aucune voie d'eau, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

pCTAP Shuttle vector-C

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

BJ5183-AD-1 electroporation competent cells

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

Transformation Control

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.

XL10-Gold Ultracompetent cells

Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	conteneur peut éclater. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater. Cette substance est nocive pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme. L'eau du réseau d'extinction d'incendie qui a été contaminée par ce produit doit être conservée en milieu fermé et ne doit être déversée dans aucune voie d'eau, ni aucun égout ou conduit d'évacuation.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Lysis Buffer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
0.5 M EDTA	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Streptavidin Resin	Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure.
Streptavidin Binding Buffer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Streptavidin Elution Buffer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Streptavidin Supernatant Supplement	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
MS-Grade Calmodulin Resin	Liquide et vapeurs inflammables. Les écoulements dans les égouts peuvent créer des risques de feu ou d'explosion. Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater, avec un risque d'explosion ultérieure.
Calmodulin Binding Buffer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Calmodulin Elution Buffer	Si ce produit est chauffé ou se trouve au contact du feu, une augmentation de pression se produit et le conteneur peut éclater.
Produit de décomposition thermique dangereux : β -Mercaptoethanol	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes de soufre
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.
pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6	Les produits de décomposition peuvent

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Viable Cells	éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes de soufre
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone
Transformation Control XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique. Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes de soufre composés halogénés oxyde/oxydes de métal
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes de soufre composés halogénés oxyde/oxydes de métal
pUC 18 DNA Control Plasmid Lysis Buffer 0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone oxydes d'azote
Streptavidin Resin	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone
Streptavidin Binding Buffer Streptavidin Elution Buffer Streptavidin Supernatant Supplement	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique. Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone composés halogénés oxyde/oxydes de métal
MS-Grade Calmodulin Resin	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: dioxyde de carbone monoxyde de carbone composés halogénés oxyde/oxydes de métal
Calmodulin Binding Buffer Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique. Aucune donnée spécifique.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Mesures spéciales de protection pour les pompiers

	: β -Mercaptoethanol	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
pCTAP Shuttle vector-C		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Transformation Control		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
XL10-Gold Ultracompetent cells		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
pUC 18 DNA Control Plasmid		En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Lysis Buffer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
0.5 M EDTA	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Streptavidin Resin	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
Streptavidin Binding Buffer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Streptavidin Elution Buffer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Streptavidin Supernatant Supplement	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
MS-Grade Calmodulin Resin	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Déplacer les contenants hors de la zone embrasée si cela ne présente aucun risque. Refroidir les conteneurs exposés aux flammes avec un jet d'eau pulvérisée.
Calmodulin Binding Buffer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Calmodulin Elution Buffer	En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site en évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident. Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate.
Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu	: β -Mercaptoethanol Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

pCTAP Shuttle vector-C	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Transformation Control	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Lysis Buffer	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
0.5 M EDTA	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Streptavidin Resin	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Streptavidin Binding Buffer	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Streptavidin Elution Buffer	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Streptavidin Supernatant Supplement	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
MS-Grade Calmodulin Resin	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un

Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Calmodulin Binding Buffer	masque couvre-visage à pression positive. Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.
Calmodulin Elution Buffer	Il est impératif que les pompiers portent un équipement de protection adéquat, ainsi qu'un appareil respiratoire autonome (ARA) équipé d'un masque couvre-visage à pression positive.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence

Pour le personnel non affecté aux urgences

: -Mercaptoethanol

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.

Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B

pCTAP Shuttle vector-C

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Transformation Control	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Lysis Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
0.5 M EDTA	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Streptavidin Resin	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes.

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

		Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	Streptavidin Binding Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	Streptavidin Elution Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Éteindre toutes les sources d'inflammation. La zone de danger doit être exempte de cigarettes ou flammes. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Assurer une ventilation adéquate. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	Calmodulin Binding Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
	Calmodulin Elution Buffer	Ne prendre aucune mesure impliquant un risque personnel ou en l'absence de formation adéquate. Évacuer les environs. Empêcher l'accès aux personnes gênantes ou non protégées. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu. Porter un équipement de protection individuelle approprié.
Intervenants en cas d'urgence	: β -Mercaptoethanol	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

pCTAP Shuttle vector-C	donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ». Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Transformation Control	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
XL10-Gold Ultracompetent cells	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
pUC 18 DNA Control Plasmid	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Lysis Buffer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
0.5 M EDTA	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Streptavidin Resin	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Streptavidin Binding Buffer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Streptavidin Elution Buffer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Streptavidin Supernatant Supplement	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
MS-Grade Calmodulin Resin	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Calmodulin Binding Buffer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».
Calmodulin Elution Buffer	Si des vêtements spécialisés sont requis pour traiter un déversement, prendre note de tout renseignement donné à la Section 8 sur les matériaux appropriés ou non. Consultez également les renseignements sous « Pour le personnel non affecté aux urgences ».

Précautions environnementales

: β -Mercaptoethanol	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). Substance polluante dans l'eau. Peut être nocif pour l'environnement si libéré en grandes quantités. Recueillir le produit répandu.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
pCTAP Shuttle vector-C	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables,

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	sol ou air). Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Transformation Control	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
XL10-Gold Ultracompetent cells	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air). Substance polluante dans l'eau. Peut être nocif pour l'environnement si libéré en grandes quantités.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Lysis Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
0.5 M EDTA	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Streptavidin Resin	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Streptavidin Binding Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Streptavidin Elution Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Streptavidin Supernatant Supplement	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
MS-Grade Calmodulin Resin	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Calmodulin Binding Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).
Calmodulin Elution Buffer	Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Avertir les autorités compétentes si le produit a engendré une pollution environnementale (égouts, voies navigables, sol ou air).

Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

Méthodes de nettoyage : β -Mercaptoethanol

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

pCTAP Shuttle vector-C	<p>entreprise spécialisée autorisée. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
Transformation Control	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
XL10-Gold Ultracompetent cells	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.</p>
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	<p>Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets</p>

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

	approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
Lysis Buffer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
0.5 M EDTA	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
Streptavidin Resin	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
Streptavidin Binding Buffer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
Streptavidin Elution Buffer	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
Streptavidin Supernatant Supplement	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.
MS-Grade Calmodulin Resin	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et du matériel à l'épreuve des explosions. Diluer avec de

Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Calmodulin Binding Buffer

l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Calmodulin Elution Buffer

Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Écarter les conteneurs de la zone de déversement. Diluer avec de l'eau et éponger si la matière est soluble dans l'eau. Sinon, ou si la matière est insoluble dans l'eau, absorber avec un matériau sec inerte et placer dans un conteneur à déchets approprié. Éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée.

Section 7. Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

Mesures de protection

: -Mercaptoethanol

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le rejet dans l'environnement. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

pCTAP Shuttle vector-C

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder

Section 7. Manutention et stockage

BJ5183-AD-1 electroporation competent cells Transformation Control	dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
XL10-Gold Ultracompetent cells	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le rejet dans l'environnement. Si au cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Lysis Buffer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
0.5 M EDTA	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
Streptavidin Resin	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué

Section 7. Manutention et stockage

	fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
Streptavidin Binding Buffer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Streptavidin Elution Buffer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Streptavidin Supernatant Supplement	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation. Éviter l'exposition durant une grossesse. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas ingérer. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Si au cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
MS-Grade Calmodulin Resin	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas ingérer. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. Ne pas pénétrer dans les lieux d'entreposage et dans un espace clos à moins qu'il y ait une ventilation adéquate. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles, de la flamme nue, ou de toute autre source d'inflammation. Utiliser un équipement électrique (de ventilation, d'éclairage et de manipulation) anti-explosion. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.
Calmodulin Binding Buffer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).
Calmodulin Elution Buffer	Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Section 7. Manutention et stockage

Conseils sur l'hygiène générale au travail

: β -Mercaptoethanol

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

pCTAP Shuttle vector-C

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells

Substance biologique potentiellement toxique. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures

Section 7. Manutention et stockage

BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	d'hygiène. Substance biologique potentiellement toxique. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
Transformation Control	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Substance biologique potentiellement toxique. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
Lysis Buffer	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.
0.5 M EDTA	Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de

Section 7. Manutention et stockage

Streptavidin Resin	<p>pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
Streptavidin Binding Buffer	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
Streptavidin Elution Buffer	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
Streptavidin Supernatant Supplement	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
MS-Grade Calmodulin Resin	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
Calmodulin Binding Buffer	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.</p>
Calmodulin Elution Buffer	<p>Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou traité. Les personnes travaillant avec ce produit devraient se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant de</p>

Section 7. Manutention et stockage

pénétrer dans des aires de repas. Consulter également la Section 8 pour d'autres renseignements sur les mesures d'hygiène.

Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités : -Mercaptoethanol

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

pCTAP Shuttle vector-C

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou

Section 7. Manutention et stockage

Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector

l'utilisation.
Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

BJ5183-AD-1 electroporation competent cells

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Transformation Control

Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le

Section 7. Manutention et stockage

	produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
Lysis Buffer	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Section 7. Manutention et stockage

0.5 M EDTA	<p>l'utilisation.</p> <p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
Streptavidin Resin	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
Streptavidin Binding Buffer	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
Streptavidin Elution Buffer	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.</p>
Streptavidin Supernatant Supplement	<p>Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien</p>

Section 7. Manutention et stockage

	ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
MS-Grade Calmodulin Resin	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans un endroit isolé et approuvé. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder sous clef. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Séparer des matières comburantes. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
Calmodulin Binding Buffer	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.
Calmodulin Elution Buffer	Entreposer conformément à la réglementation locale. Entreposer dans le contenant original à l'abri de la lumière solaire, dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l'écart des substances incompatibles (voir la Section 10), de la nourriture et de la boisson. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites. Ne pas stocker dans des conteneurs non étiquetés. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Voir la section 10 relative aux matières incompatibles avant la manutention ou l'utilisation.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Limites d'exposition professionnelle

Nom des ingrédients	Limites d'exposition
β-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	AIHA WEEL (États-Unis, 10/2011). Absorbé par la peau. TWA: 0.2 ppm 8 heures.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells Diméthylsulfoxyde	AIHA WEEL (États-Unis, 10/2011). TWA: 250 ppm 8 heures.
XL10-Gold Ultracompetent cells Glycérol	CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard TWA: 3 mg/m ³ 8 heures. Forme: respirable mist CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: brouillards CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). STEL: 20 mg/m ³ 15 minutes. Forme: Brouillard TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015). TWA: 10 mg/m ³ 8 heures. Forme: Brouillard
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	AIHA WEEL (États-Unis, 10/2011). Absorbé par la peau. TWA: 0.2 ppm 8 heures.
Streptavidin Resin Alcool éthylique	CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 1000 ppm 8 heures. 8 hrs OEL: 1880 mg/m ³ 8 heures. CA British Columbia Provincial (Canada, 7/2016). STEL: 1000 ppm 15 minutes. CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015). STEL: 1000 ppm 15 minutes. CA Québec Provincial (Canada, 1/2014). VEMP: 1000 ppm 8 heures. VEMP: 1880 mg/m ³ 8 heures. CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013). STEL: 1250 ppm 15 minutes. TWA: 1000 ppm 8 heures.
MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	CA Alberta Provincial (Canada, 4/2009). 8 hrs OEL: 1000 ppm 8 heures. 8 hrs OEL: 1880 mg/m ³ 8 heures. CA British Columbia Provincial (Canada,

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

7/2016).

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

CA Ontario Provincial (Canada, 7/2015).

STEL: 1000 ppm 15 minutes.

CA Québec Provincial (Canada, 1/2014).

VEMP: 1000 ppm 8 heures.

VEMP: 1880 mg/m³ 8 heures.

CA Saskatchewan Provincial (Canada, 7/2013).

STEL: 1250 ppm 15 minutes.

TWA: 1000 ppm 8 heures.

Contrôles d'ingénierie appropriés

: Utiliser uniquement dans un environnement bien aéré. Utiliser des enceintes fermées, une ventilation par aspiration à la source, ou d'autres systèmes de contrôle automatique intégrés afin de maintenir le seuil d'exposition du technicien aux contaminants en suspension dans l'air inférieur aux limites recommandées ou légales. Les mesures d'ingénierie doivent aussi maintenir les concentrations en gaz, en vapeur ou en poussière en dessous de tout seuil minimal d'explosion. Utiliser un équipement de ventilation anti-explosion.

Contrôle de l'action des agents d'environnement

: Il importe de tester les émissions provenant des systèmes d'aération et du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement. Dans certains cas, il sera nécessaire d'équiper le matériel de fabrication d'un épurateur de gaz ou d'un filtre ou de le modifier techniquement afin de réduire les émissions à des niveaux acceptables.

Mesures de protection individuelle

Mesures d'hygiène

: Manipuler comme étant un biohazard (Niveau de sécurité biologique 1). Après manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains, les avant-bras et le visage avec soin avant de manger, de fumer, d'aller aux toilettes et une fois votre travail terminé. Utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Assurez-vous que des bassins oculaires et des douches de décontamination sont installés près des postes de travail.

Protection oculaire/ faciale

: Le port de lunettes de sécurité conformes à une norme approuvée est obligatoire quand une évaluation des risques le préconise pour éviter toute exposition aux éclaboussures de liquides, à la buée, aux gaz ou aux poussières. Si un contact est possible, les protections suivantes doivent être portées, à moins qu'une évaluation indique un besoin pour une protection supérieure : lunettes de protection contre les produits chimiques et/ou écran facial. Si des risques respiratoires existent, un masque respiratoire complet peut être requis à la place.

Protection de la peau

Protection des mains

: Lors de la manipulation de produits chimiques, porter en permanence des gants étanches et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. En tenant compte des paramètres indiqués par le fabricant de gants, vérifier que les gants gardent toujours leurs propriétés de protection pendant leur utilisation. Il faut noter que le temps de percement pour tout matériau utilisé dans des gants peut varier pour différents fabricants de gants. Dans le cas de mélanges, constitués de plusieurs substances, la durée de protection des gants ne peut pas être évaluée avec précision.

Protection du corps

: L'équipement de protection individuelle pour le corps doit être adapté à la tâche exécutée et aux risques encourus, et approuvé par un expert avant toute manipulation de ce produit. Quand il existe un risque d'ignition causée par de l'électricité statique, porter des vêtements de protection antistatiques. Pour la meilleure protection contre les décharges statiques, les vêtements doivent comprendre des combinaisons de travail, des bottes et des gants antistatiques.

Section 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- Autre protection pour la peau** : Il faut sélectionner des chaussures appropriées et toute autre mesure appropriée de protection de la peau en fonction de la tâche en cours et des risques en cause et cette sélection doit être approuvée par un spécialiste avant de manipuler ce produit.
- Protection respiratoire** : En fonction du risque et de la possibilité d'une exposition, choisir un respirateur qui est conforme à la norme ou certification appropriée. Les respirateurs doivent être utilisés suivant un programme de protection pour assurer un ajustement, une formation appropriée et d'aspects d'utilisation importants.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

État physique	: β -Mercaptoethanol	Liquide.	
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Liquide.	
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Liquide.	
	pCTAP Shuttle vector-C	Liquide.	
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Liquide.	
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Liquide.	
	AD-293 Cell Line >1 x 10 ⁶ Viable Cells	Liquide.	
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Liquide.	
	Transformation Control	Liquide.	
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Liquide.	
	XL10-Gold	Liquide.	
	2-Mercaptoethanol	Liquide.	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Liquide.	
	Lysis Buffer	Liquide.	
	0.5 M EDTA	Liquide.	
	Streptavidin Resin	Liquide.	
	Streptavidin Binding Buffer	Liquide.	
	Streptavidin Elution Buffer	Liquide.	
	Streptavidin Supernatant Supplement	Liquide.	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Liquide.	
	Calmodulin Binding Buffer	Liquide.	
	Calmodulin Elution Buffer	Liquide.	
	Couleur	: β -Mercaptoethanol	Incolore.
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
		pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
		Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
		pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
		AD-293 Cell Line >1 x 10 ⁶ Viable Cells	Non disponible.
		BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
		Transformation Control	Non disponible.
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
		XL10-Gold	Non disponible.
2-Mercaptoethanol		Non disponible.	

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
Odeur	: β -Mercaptoethanol	Caractéristique.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	Non disponible.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Non disponible.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
Seuil olfactif	: β -Mercaptoethanol	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	Non disponible.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
pH	: β-Mercaptoethanol	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	7.5
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	7.5
	pCTAP Shuttle vector-C	7.5
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	7.5
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	7.5
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	7.5
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	7.5
	XL10-Gold Ultracompetent cells	6.4
	XL10-Gold	Non disponible.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	7.5
	Lysis Buffer	8
	0.5 M EDTA	8
	Streptavidin Resin	7.5
	Streptavidin Binding Buffer	8
	Streptavidin Elution Buffer	8
	Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
	MS-Grade Calmodulin Resin	7.5
Calmodulin Binding Buffer	8	
Calmodulin Elution Buffer	8	
Point de fusion	: β-Mercaptoethanol	<-100°C (<-148°F)
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	0°C (32°F)
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	0°C (32°F)
	pCTAP Shuttle vector-C	0°C (32°F)
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	0°C (32°F)
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	0°C (32°F)
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	0°C (32°F)
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
	XL10-Gold	Non disponible.
	2-Mercaptoethanol	

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	pUC 18 DNA Control Plasmid	0°C (32°F)
	Lysis Buffer	0°C (32°F)
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	0°C (32°F)
	Streptavidin Elution Buffer	0°C (32°F)
	Streptavidin Supernatant Supplement	0°C (32°F)
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	0°C (32°F)
	Calmodulin Elution Buffer	0°C (32°F)
Point d'ébullition	: β-Mercaptoethanol	155.8°C (312.4°F)
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	100°C (212°F)
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	100°C (212°F)
	pCTAP Shuttle vector-C	100°C (212°F)
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	100°C (212°F)
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	100°C (212°F)
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	100°C (212°F)
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
	XL10-Gold	Non disponible.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	100°C (212°F)
	Lysis Buffer	100°C (212°F)
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	100°C (212°F)
	Streptavidin Elution Buffer	100°C (212°F)
	Streptavidin Supernatant Supplement	100°C (212°F)
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	100°C (212°F)
	Calmodulin Elution Buffer	100°C (212°F)
Point d'éclair	: β-Mercaptoethanol	Vase clos: 74°C (165.2°F) Vase ouvert: 74°C (165.2°F)
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	Non disponible.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
	XL10-Gold	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Vase clos: 37.8 à 61°C (100 à 141.8°F)
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant	Non disponible.
	Supplement	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Vase clos: 37.8 à 61°C (100 à 141.8°F)
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
Taux d'évaporation	: β-Mercaptoethanol	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	Non disponible.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
	XL10-Gold	Non disponible.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant	Non disponible.
	Supplement	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
Inflammabilité (solides et gaz)	: β-Mercaptoethanol	Non applicable.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non applicable.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non applicable.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non applicable.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non applicable.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non applicable.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non applicable.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non applicable.
	Transformation Control	Non applicable.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non applicable.
	XL10-Gold	Non applicable.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Limites inférieure et supérieure d'explosion (d'inflammation)

2-Mercaptoethanol	
pUC 18 DNA Control Plasmid	Non applicable.
Lysis Buffer	Non applicable.
0.5 M EDTA	Non applicable.
Streptavidin Resin	Non applicable.
Streptavidin Binding Buffer	Non applicable.
Streptavidin Elution Buffer	Non applicable.
Streptavidin Supernatant Supplement	Non applicable.
MS-Grade Calmodulin Resin	Non applicable.
Calmodulin Binding Buffer	Non applicable.
Calmodulin Elution Buffer	Non applicable.
: β-Mercaptoethanol	Seuil minimal: 2.3% Seuil maximal: 18%
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
Transformation Control	Non disponible.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
XL10-Gold	Non disponible.
2-Mercaptoethanol	
pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
Lysis Buffer	Non disponible.
0.5 M EDTA	Non disponible.
Streptavidin Resin	Non disponible.
Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.

Tension de vapeur

: β-Mercaptoethanol	0.13 kPa (0.98 mm Hg) [température ambiante]
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
Transformation Control	Non disponible.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	XL10-Gold	Non disponible.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant	Non disponible.
	Supplement	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
Densité de vapeur	: β -Mercaptoethanol	2.7 [Air = 1]
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	Non disponible.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
	XL10-Gold	Non disponible.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant	Non disponible.
	Supplement	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
Densité relative	: β -Mercaptoethanol	1.1
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
	pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
	Transformation Control	Non disponible.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

	XL10-Gold	Non disponible.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
	Lysis Buffer	Non disponible.
	0.5 M EDTA	Non disponible.
	Streptavidin Resin	Non disponible.
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
Solubilité	: β -Mercaptoethanol	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	pCTAP Shuttle vector-C	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Transformation Control	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	XL10-Gold	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	2-Mercaptoethanol	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Lysis Buffer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	0.5 M EDTA	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Streptavidin Resin	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Streptavidin Binding Buffer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Streptavidin Elution Buffer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Calmodulin Binding Buffer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.
	Calmodulin Elution Buffer	Facilement soluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Coefficient de partage n-octanol/eau	: β -Mercaptoethanol	-0.056	
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.	
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.	
	pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.	
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.	
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.	
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.	
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.	
	Transformation Control	Non disponible.	
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.	
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Non disponible.	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.	
	Lysis Buffer	Non disponible.	
	0.5 M EDTA	Non disponible.	
	Streptavidin Resin	Non disponible.	
	Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.	
	Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.	
	Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.	
	Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.	
	Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.	
	Température d'auto-inflammation	: β -Mercaptoethanol	295°C (563°F)
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
		pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
		Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
		pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells		Non disponible.	
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells		Non disponible.	
Transformation Control		Non disponible.	
XL10-Gold Ultracompetent cells		Non disponible.	
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol		Non disponible.	
pUC 18 DNA Control Plasmid		Non disponible.	
Lysis Buffer		Non disponible.	
0.5 M EDTA		Non disponible.	
Streptavidin Resin		Non disponible.	
Streptavidin Binding Buffer		Non disponible.	
Streptavidin Elution Buffer		Non disponible.	
Streptavidin Supernatant Supplement		Non disponible.	
MS-Grade Calmodulin Resin		Non disponible.	
Calmodulin Binding Buffer		Non disponible.	
Calmodulin Elution Buffer		Non disponible.	

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Température de décomposition	:	β-Mercaptoethanol	Non disponible.
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
		pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
		Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
		pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
		AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
		BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
		Transformation Control	Non disponible.
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
		XL10-Gold	Non disponible.
		2-Mercaptoethanol	Non disponible.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
		Lysis Buffer	Non disponible.
		0.5 M EDTA	Non disponible.
		Streptavidin Resin	Non disponible.
		Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
		Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
		Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
		MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
		Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
		Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.
	Viscosité	:	β-Mercaptoethanol
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
		pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
		Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
		pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
		AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Non disponible.
		BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
		Transformation Control	Non disponible.
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Non disponible.
		XL10-Gold	Non disponible.
		2-Mercaptoethanol	Non disponible.
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
		Lysis Buffer	Non disponible.
		0.5 M EDTA	Non disponible.
		Streptavidin Resin	Non disponible.
		Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
		Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
		Streptavidin Supernatant Supplement	Non disponible.
		MS-Grade Calmodulin Resin	Non disponible.
		Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
		Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Temps d'écoulement (ISO 2431) : Non disponible.

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité	: β -Mercaptoethanol	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Transformation Control	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	XL10-Gold	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	2-Mercaptoethanol	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Lysis Buffer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	0.5 M EDTA	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Streptavidin Resin	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée d'essai spécifique à la réactivité disponible pour ce produit ou ses ingrédients.
Stabilité chimique	: β -Mercaptoethanol	Le produit est stable.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Le produit est stable.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Le produit est stable.
	pCTAP Shuttle vector-C	Le produit est stable.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Le produit est stable.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Le produit est stable.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Le produit est stable.
	BJ5183-AD-1	Le produit est stable.

Section 10. Stabilité et réactivité

electroporation competent cells	
Transformation Control	Le produit est stable.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Le produit est stable.
XL10-Gold	Le produit est stable.
2-Mercaptoethanol	
pUC 18 DNA Control Plasmid	Le produit est stable.
Lysis Buffer	Le produit est stable.
0.5 M EDTA	Le produit est stable.
Streptavidin Resin	Le produit est stable.
Streptavidin Binding Buffer	Le produit est stable.
Streptavidin Elution Buffer	Le produit est stable.
Streptavidin Supernatant Supplement	Le produit est stable.
MS-Grade Calmodulin Resin	Le produit est stable.
Calmodulin Binding Buffer	Le produit est stable.
Calmodulin Elution Buffer	Le produit est stable.

Risque de réactions dangereuses

: β-Mercaptoethanol	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
pCTAP Shuttle vector-C	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Transformation Control	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
XL10-Gold	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
2-Mercaptoethanol	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Lysis Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
0.5 M EDTA	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Streptavidin Resin	Dans des conditions normales de stockage et

Section 10. Stabilité et réactivité

		d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	Streptavidin Binding Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	Streptavidin Elution Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	Calmodulin Binding Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
	Calmodulin Elution Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.
Conditions à éviter	: β -Mercaptoethanol	Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation. Empêcher l'accumulation de gaz dans les endroits bas ou confinés.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée spécifique.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
	Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Aucune donnée spécifique.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
	0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Resin	Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucune donnée spécifique.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Éliminer toutes les sources possibles d'inflammation (étincelles ou flammes). Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler les contenants ni les exposer à la chaleur ou à une source d'inflammation.

Section 10. Stabilité et réactivité

Calmodulin Binding Buffer Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Elution Buffer Aucune donnée spécifique.

Matériaux incompatibles	: β -Mercaptoethanol	Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	pCTAP Shuttle vector-C	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Transformation Control	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Lysis Buffer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	0.5 M EDTA	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Streptavidin Resin	Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes
	Streptavidin Binding Buffer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Streptavidin Elution Buffer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Réactif ou incompatible avec les matières suivantes : matières oxydantes
	Calmodulin Binding Buffer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.
	Calmodulin Elution Buffer	Peut réagir ou être incompatible avec des matières oxydantes.

Produits de décomposition dangereux	: β -Mercaptoethanol	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	pCTAP Shuttle vector-C	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 10. Stabilité et réactivité

pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Transformation Control	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Lysis Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
0.5 M EDTA	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Streptavidin Resin	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Streptavidin Binding Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Streptavidin Elution Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Streptavidin Supernatant Supplement	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
MS-Grade Calmodulin Resin	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Calmodulin Binding Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.
Calmodulin Elution Buffer	Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

Section 11. Données toxicologiques

Renseignements sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Dosage	Exposition

Section 11. Données toxicologiques

β-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	DL50 Orale	Rat	244 mg/kg	-
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells Diméthylsulfoxyde	DL50 Cutané DL50 Orale	Rat Rat	40000 mg/kg 14500 mg/kg	- -
XL10-Gold Ultracompetent cells Glycérol	DL50 Orale	Rat	12600 mg/kg	-
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	DL50 Orale	Rat	244 mg/kg	-
Streptavidin Resin Alcool éthylique	CL50 Inhalation Vapeur DL50 Orale	Rat Rat	124700 mg/m ³ 7 g/kg	4 heures -
Streptavidin Supernatant Supplement Imidazole	DL50 Orale	Rat	220 mg/kg	-
MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	CL50 Inhalation Vapeur DL50 Orale	Rat Rat	124700 mg/m ³ 7 g/kg	4 heures -

Irritation/Corrosion

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Potentiel	Exposition	Observation
β-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	2 milligrams	-
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells Diméthylsulfoxyde	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	100 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	100 milligrams	-
XL10-Gold Ultracompetent cells Glycérol	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
	Peau - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	Yeux - Hautement irritant	Lapin	-	2 milligrams	-
Streptavidin Resin					

Section 11. Données toxicologiques

MS-Grade Calmodulin Resin	Alcool éthylique	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-	
		Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	0.06666667 minutes 100 milligrams	-	
		Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	100 microliters	-	
		Peau - Léger irritant	Lapin	-	400 milligrams	-	
		Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 20 milligrams	-	
		Alcool éthylique	Yeux - Léger irritant	Lapin	-	24 heures 500 milligrams	-
		Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	0.06666667 minutes 100 milligrams	-	
		Yeux - Modérément irritant	Lapin	-	100 microliters	-	
		Peau - Léger irritant	Lapin	-	400 milligrams	-	
		Peau - Modérément irritant	Lapin	-	24 heures 20 milligrams	-	

Conclusion/Résumé

Peau

: **240105-51**: Un contact prolongé ou répété peut éventuellement sécher la peau et provoquer une irritation.

Sensibilisation

Non disponible.

Mutagénicité

Non disponible.

Cancérogénicité

Non disponible.

Toxicité pour la reproduction

Non disponible.

Tératogénicité

Non disponible.

Toxicité systémique pour certains organes cibles - exposition unique -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
β-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires
Streptavidin Resin Alcool éthylique	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques

Section 11. Données toxicologiques

MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	Catégorie 3	Non applicable.	Irritation des voies respiratoires et Effets narcotiques
--	-------------	-----------------	--

Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées -

Nom	Catégorie	Voie d'exposition	Organes cibles
Streptavidin Resin Alcool éthylique	Catégorie 2	Indéterminé	foie
MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	Catégorie 2	Indéterminé	foie

Risque d'absorption par aspiration

Non disponible.

Renseignements sur les voies d'exposition probables

β-Mercaptoethanol	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Non disponible.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Non disponible.
pCTAP Shuttle vector-C	Non disponible.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Non disponible.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Non disponible.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Non disponible.
Transformation Control	Non disponible.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
pUC 18 DNA Control Plasmid	Non disponible.
Lysis Buffer	Non disponible.
0.5 M EDTA	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
Streptavidin Resin	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
Streptavidin Binding Buffer	Non disponible.
Streptavidin Elution Buffer	Non disponible.
Streptavidin Supernatant Supplement	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
MS-Grade Calmodulin Resin	Voies d'entrée probables : Orale, Cutané, Inhalation.
Calmodulin Binding Buffer	Non disponible.
Calmodulin Elution Buffer	Non disponible.

Effets aigus potentiels sur la santé

Contact avec les yeux

β-Mercaptoethanol	Provoque de graves lésions des yeux.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6	Provoque une irritation des yeux.

Section 11. Données toxicologiques

	Viable Cells	
	BJ5183-AD-1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	electroporation competent cells	
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Provoque une irritation des yeux.
	XL10-Gold	Provoque de graves lésions des yeux.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Provoque une sévère irritation des yeux.
	Streptavidin Resin	Provoque une sévère irritation des yeux.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Provoque une sévère irritation des yeux.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Inhalation	: β-Mercaptoethanol	Mortel par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Viable Cells	
	BJ5183-AD-1	Aucun effet important ou danger critique connu.
	electroporation competent cells	
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold	Aucun effet important ou danger critique connu.
	2-Mercaptoethanol	
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC). Peut provoquer somnolence ou des vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Contact avec la peau	: β -Mercaptoethanol	Mortel par contact cutané. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Peut provoquer une allergie cutanée.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
Ingestion	: β -Mercaptoethanol	Toxique en cas d'ingestion.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Peut causer une dépression du système nerveux central (SNC).

Section 11. Données toxicologiques

Calmodulin Binding Buffer Aucun effet important ou danger critique connu.
 Calmodulin Elution Buffer Aucun effet important ou danger critique connu.


Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Contact avec les yeux	: β -Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur larmolement rougeur
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
	Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation larmolement rougeur
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur larmolement rougeur
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
	0.5 M EDTA	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
	Streptavidin Resin	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
	Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Aucune donnée spécifique.
	MS-Grade Calmodulin Resin	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation larmolement rougeur
	Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.

Section 11. Données toxicologiques

Inhalation	:  -Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation des voies respiratoires toux
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée spécifique.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
	Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Aucune donnée spécifique.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
	Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
	0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Resin	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation des voies respiratoires toux nausées ou vomissements migraine sommolence/fatigue étourdissements/vertiges évanouissement
	Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Streptavidin Supernatant Supplement	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: poids fœtal réduit augmentation de la mortalité fœtale malformations du squelette
	MS-Grade Calmodulin Resin	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: irritation des voies respiratoires toux nausées ou vomissements migraine sommolence/fatigue étourdissements/vertiges évanouissement
	Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Contact avec la peau	:  -Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation rougeur la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.

Section 11. Données toxicologiques

pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée spécifique.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleur ou irritation rougeur la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Resin	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Supernatant Supplement	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: poids fœtal réduit augmentation de la mortalité fœtale malformations du squelette
MS-Grade Calmodulin Resin	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Ingestion :  2-Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleurs stomacales
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucune donnée spécifique.
pCTAP Shuttle vector-C	Aucune donnée spécifique.
Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucune donnée spécifique.
pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucune donnée spécifique.
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucune donnée spécifique.
BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucune donnée spécifique.
Transformation Control	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucune donnée spécifique.
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit: douleurs stomacales
pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucune donnée spécifique.
Lysis Buffer	Aucune donnée spécifique.
0.5 M EDTA	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Resin	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.
Streptavidin Supernatant	Les symptômes néfastes peuvent éventuellement

Section 11. Données toxicologiques

Supplement	comprendre ce qui suit: poids fœtal réduit augmentation de la mortalité fœtale malformations du squelette
MS-Grade Calmodulin Resin	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Binding Buffer	Aucune donnée spécifique.
Calmodulin Elution Buffer	Aucune donnée spécifique.

Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme

Exposition de courte durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Exposition de longue durée

Effets immédiats possibles : Non disponible.

Effets différés possibles : Non disponible.

Effets chroniques potentiels sur la santé

Non disponible.

Généralités	: β-Mercaptoethanol	Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
	AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.
	XL10-Gold 2-Mercaptoethanol	Une fois sensibilisé, une vive réaction allergique peut éventuellement se déclencher lors d'une exposition ultérieure à de très faibles niveaux.
	pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Resin	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
	Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Streptavidin Supernatant	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Supplement	
	MS-Grade Calmodulin Resin	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
	Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.
	Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 11. Données toxicologiques

Cancérogénicité	:	β-Mercaptoethanol	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		XL10-Gold	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		2-Mercaptoethanol	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		MS-Grade Calmodulin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
	Mutagénicité	:	β-Mercaptoethanol	Aucun effet important ou danger critique connu.
			Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - A	Aucun effet important ou danger critique connu.
			Adenoviral pCTAP Shuttle Vector - B	Aucun effet important ou danger critique connu.
			pCTAP Shuttle vector-C	Aucun effet important ou danger critique connu.
			Adenoviral pTAP Shuttle-CAT Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.
		pShuttle-CMV-lacZ Control Vector	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		BJ5183-AD-1 electroporation competent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Transformation Control	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		XL10-Gold Ultracompetent cells	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		XL10-Gold	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		2-Mercaptoethanol	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		pUC 18 DNA Control Plasmid	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Lysis Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		0.5 M EDTA	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Streptavidin Supernatant Supplement	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		MS-Grade Calmodulin Resin	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Calmodulin Binding Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	
		Calmodulin Elution Buffer	Aucun effet important ou danger critique connu.	

Section 12. Données écologiques

Nom du produit ou de l'ingrédient	Résultat	Espèces	Exposition
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells Diméthylsulfoxyde	Aiguë CL50 25000 ppm Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	48 heures
	Aiguë CL50 34000000 µg/l Eau douce Chronique NOEC 100 ul/L Eau de mer	Poisson - Pimephales promelas Algues - Ulva lactuca	96 heures 72 heures
XL10-Gold Ultracompetent cells Glycérol	Aiguë CL50 54000 mg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	96 heures
0.5 M EDTA Acide edetique	Aiguë CE50 113000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	48 heures
	Aiguë CL50 41000 µg/l Eau douce	Poisson - Lepomis macrochirus	96 heures
Streptavidin Resin Alcool éthylique	Aiguë CE50 17.921 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Aiguë CE50 2000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CL50 25500 µg/l Eau de mer	Crustacés - Artemia franciscana - Larve	48 heures
	Aiguë CL50 42000 µg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	4 jours
	Chronique NOEC 4.995 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Chronique NOEC 100 ul/L Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	21 jours
MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	Chronique NOEC 0.375 ul/L Eau douce	Poisson - Gambusia holbrooki - Larve	12 semaines
	Aiguë CE50 17.921 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Aiguë CE50 2000 µg/l Eau douce	Daphnie - Daphnia magna	48 heures
	Aiguë CL50 25500 µg/l Eau de mer	Crustacés - Artemia franciscana - Larve	48 heures
	Aiguë CL50 42000 µg/l Eau douce	Poisson - Oncorhynchus mykiss	4 jours
	Chronique NOEC 4.995 mg/l Eau de mer	Algues - Ulva pertusa	96 heures
	Chronique NOEC 100 ul/L Eau douce	Daphnie - Daphnia magna - Néonate	21 jours
Chronique NOEC 0.375 ul/L Eau douce	Poisson - Gambusia holbrooki - Larve	12 semaines	

Persistance et dégradation

Nom du produit ou de l'ingrédient	Test	Résultat	Dosage	Inoculum
XL10-Gold Ultracompetent cells Glycérol	301D Biodégradabilité facile - Essai en flacon fermé	93 % - 30 jours	-	-

Section 12. Données écologiques

Nom du produit ou de l'ingrédient	Demi-vie aquatique	Photolyse	Biodégradabilité
0.5 M EDTA Acide edetique	-	-	Non facilement
Streptavidin Resin Alcool éthylique	-	-	Facilement
MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	-	-	Facilement

Potentiel de bioaccumulation

Nom du produit ou de l'ingrédient	LogP _{ow}	BCF	Potentiel
β-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	-0.056	-	faible
AD-293 Cell Line >1 x 10e6 Viable Cells Diméthylsulfoxyde	-1.35	3.16	faible
XL10-Gold Ultracompetent cells Glycérol	-1.76	-	faible
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol 2-Mercaptoéthanol	-0.056	-	faible
0.5 M EDTA Acide edetique	-3.86	1.8	faible
Streptavidin Resin Alcool éthylique	-0.35	0.5	faible
Streptavidin Supernatant Supplement Imidazole	-0.02	-	faible
MS-Grade Calmodulin Resin Alcool éthylique	-0.35	0.5	faible

Mobilité dans le sol






Coefficient de répartition sol/eau (K_{oc}) : Non disponible.

Autres effets nocifs : Aucun effet important ou danger critique connu.

Section 13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination : Il est important de réduire au minimum, voire d'éviter la génération de déchets chaque fois que possible. La mise au rebut de ce produit, des solutions et de tous les co-produits doit obéir en permanence aux dispositions de la législation sur la protection de l'environnement et l'élimination des déchets et demeurer conforme aux exigences des pouvoirs publics locaux. Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée autorisée. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes. L'emballage des déchets doit être recyclé. L'incinération ou l'enfouissement sanitaire ne doivent être considérés que lorsque le recyclage n'est pas possible. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Il faut prendre des précautions lors de la manipulation de contenants vides qui n'ont pas été nettoyés ou rincés. Les conteneurs vides ou les doublures peuvent retenir des résidus de produit. Les vapeurs du résidu du produit peuvent créer une atmosphère très inflammable ou explosive à l'intérieur du contenant. Ne pas couper, souder ou meuler des contenants usagés à moins qu'ils n'aient été nettoyés à fond intérieurement. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts.

Section 14. Informations relatives au transport

	Classification pour le TMD	IMDG	IATA
Numéro ONU	UN3316	UN3316	UN3316
Désignation officielle de transport de l'ONU	<input checked="" type="checkbox"/> CHEMICAL KIT	CHEMICAL KIT	Chemical kit
Classe de danger relative au transport	9  	9  	9 
Groupe d'emballage	II	II	II
Dangers environnementaux	Oui.	Yes.	<input checked="" type="checkbox"/> Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.

Déclaration de la preuve de classification : Produit classé selon les sections suivantes des Règlements sur le transport des marchandises dangereuses : 2.43-2.45 (Classe 9), 2.7 (Marque de polluant marin).

Autres informations

Remarques: Quantité Exceptée

Classification pour le TMD : Produit classé selon les sections suivantes des Règlements sur le transport des marchandises dangereuses : 2.43-2.45 (Classe 9), 2.7 (Marque de polluant marin). La marque de polluant marin n'est pas obligatoire lors du transport routier ou ferroviaire.

IMDG : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.
Emergency schedules F-A, _S-P_
Special provisions 251, 340

IATA : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations.
Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 10 kg. Packaging instructions: 960. Cargo Aircraft Only: 10 kg. Packaging instructions: 960. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 1 kg. Packaging instructions: Y960.
Special provisions A44, A163

Section 14. Informations relatives au transport

Protections spéciales pour l'utilisateur : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

Transport en vrac aux termes de l'annexe II de la Convention MARPOL et du Recueil IBC : Non disponible.

Section 15. Informations sur la réglementation

Listes canadiennes

INRP canadien : Les composants suivants sont répertoriés: Éthanol

Substances toxiques au sens de la LCPE (Loi canadienne sur la protection de l'environnement) : Aucun des composants n'est répertorié.

Réglementations Internationales

Liste des substances chimiques des tableaux I, II et III de la Convention sur les armes chimiques

Non inscrit.

Protocole de Montréal (Annexes A, B, C, E)

Non inscrit.

Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants

Non inscrit.

Convention de Rotterdam sur le consentement préalable donné en connaissance de cause (PIC)

Non inscrit.

Protocole d'Aarhus de la CEE-ONU relatif aux POP et aux métaux lourds

Non inscrit.

Liste des stocks

Australie : Indéterminé.
Canada : Indéterminé.
Chine : Indéterminé.
Europe : Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
Japon : **Inventaire du Japon (ENCS)**: Indéterminé.
Inventaire japonais (ISHL): Indéterminé.
Malaisie : Indéterminé.
Nouvelle-Zélande : Indéterminé.
Philippines : Indéterminé.
République de Corée : Indéterminé.
Taiïwan : Indéterminé.
Thaïlande : Indéterminé.
Turquie : Indéterminé.
États-Unis : Indéterminé.
Viêt-Nam : Indéterminé.

Section 16. Autres informations

Historique

Date d'édition/Date de révision : 01/23/2018

Date de publication précédente : 05/31/2016.

Version : 7

Légende des abréviations :

- ETA = Estimation de la toxicité aiguë
- FBC = Facteur de bioconcentration
- SGH = Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA = Association international du transport aérien
- CVI = conteneurs en vrac intermédiaires
- code IMDG = code maritime international des marchandises dangereuses
- LogK_{ow} = coefficient de partage octanol/eau
- MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978. ("MARPOL" = pollution maritime)
- NU = Nations Unies
- RPD = Règlement sur les produits dangereux

Procédure utilisée pour préparer la classification

Classification	Justification
B-Mercaptoethanol LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 4 TOXICITÉ AIGUË (orale) - Catégorie 3 TOXICITÉ AIGUË (cutané) - Catégorie 2 TOXICITÉ AIGUË (inhalation) - Catégorie 2 IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2 LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1 SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 DANGER (A LONG TERME) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2	Sur la base de données d'essais Sur la base de données d'essais Sur la base de données d'essais Sur la base de données d'essais Jugement expert Jugement expert Jugement expert Jugement expert Jugement expert Jugement expert
AD-293 Cell Line >1 x 10⁶ Viable Cells IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B	Méthode de calcul
XL10-Gold Ultracompetent cells IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2B	Méthode de calcul
XL10-Gold 2-Mercaptoethanol LÉSIONS OCULAIRES GRAVES - Catégorie 1 SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1 DANGER (A LONG TERME) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3	Méthode de calcul Méthode de calcul Méthode de calcul
0.5 M EDTA IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A	Méthode de calcul
Streptavidin Resin LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (foie) - Catégorie 2	Sur la base de données d'essais Méthode de calcul Méthode de calcul Méthode de calcul Méthode de calcul Méthode de calcul

Section 16. Autres informations

Streptavidin Supernatant Supplement TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION (Foetus) - Catégorie 1	Méthode de calcul
MS-Grade Calmodulin Resin LIQUIDES INFLAMMABLES - Catégorie 3 IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 2A TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Irritation des voies respiratoires) - Catégorie 3 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE (Effets narcotiques) - Catégorie 3 TOXICITÉ POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITIONS RÉPÉTÉES (foie) - Catégorie 2	Sur la base de données d'essais Méthode de calcul Méthode de calcul Méthode de calcul Méthode de calcul

Références : Non disponible.

☑ Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

[Avis au lecteur](#)

Déni de responsabilité: Les informations contenues dans le présent document reflètent l'état de connaissances d'Agilent à la date de rédaction du manuel. Par conséquent, Agilent ne peut garantir expressément ou implicitement la validité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence desdites informations.