

## MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	: MycoSensor PCR Assay Kit – 100 Reactions, Part Number 302108		
製品番号 (化学キット)	: 302108		
製品番号	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	302108-51	
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	302008-16	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	302108-53	
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	302108-54	
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	302108-52	
供給者/製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA		
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637		

## 化学製品の推奨される用途

分析試薬。

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	200 µl	2 µl/rxn
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	500 µl	
MycoSensor PCR Assay Internal Control	400 µl	4 µl/rxn
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	125 µl	5 µl/rxn
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	100 µl	

発行日/改訂版の日付 : 30/06/2017

前作成日 : 15/05/2015.

## 2. 危険有害性の要約

## GHS 分類

分類されていない。

## GHS ラベル要素

注意喚起語	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	注意喚起語なし。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	注意喚起語なし。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	注意喚起語なし。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	注意喚起語なし。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	注意喚起語なし。
危険有害性情報	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
注意書き		
安全対策	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	該当せず。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	該当せず。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	該当せず。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	該当せず。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	該当せず。

## 2. 危険有害性の要約

応急措置	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	該当せず。	
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	該当せず。	
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	該当せず。	
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	該当せず。	
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	該当せず。	
	保管	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	該当せず。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	該当せず。
MycoSensor PCR Assay Internal Control		該当せず。	
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control		該当せず。	
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix		該当せず。	
廃棄		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	該当せず。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	該当せず。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	該当せず。	
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	該当せず。	
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	該当せず。	
	他の危険有害性	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	認知済みのものは無し。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	認知済みのものは無し。
MycoSensor PCR Assay Internal Control		認知済みのものは無し。	
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control		認知済みのものは無し。	
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix		認知済みのものは無し。	

## 3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	混合物
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	混合物
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	混合物
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	混合物
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	混合物

### CAS 番号／他の特定名

本製品の成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

## 4. 応急措置

### 必要な応急処置の説明

眼に入った場合	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
吸入した場合	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

## 4. 応急措置

### 最も重要な急性および遅発性の症状/影響

#### 起こりうる急性毒性

眼に入った場合	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
吸入した場合	:	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に付着した場合	:	MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	:	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。

#### 短期暴露

潜在的な遅発性作用	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	データなし。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	データなし。

#### 過剰暴露の徴候/症状

眼に入った場合	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	特にデータは無い。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	特にデータは無い。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	特にデータは無い。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。
		MycoSensor PCR Assay Kit Primers	特にデータは無い。

## 4. 応急措置

吸入した場合	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	特にデータは無い。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。
	皮膚に付着した場合	MycoSensor PCR Assay Kit Primers
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	特にデータは無い。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。
	<b>必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示</b>	
医師に対する特別な注意事項	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	特定の治療法	MycoSensor PCR Assay Kit Primers
Mycoplasma Plus StrataClean Resin		特定の治療法はない。
MycoSensor PCR Assay Internal Control		特定の治療法はない。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control		特定の治療法はない。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix		特定の治療法はない。
応急措置をする者の保護		MycoSensor PCR Assay Kit Primers
	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	MycoSensor PCR Assay Internal Control	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

有害性情報を参照(セクション11)



## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 消火剤

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	火災に応じた消火剤を使用する。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	火災に応じた消火剤を使用する。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	火災に応じた消火剤を使用する。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	火災に応じた消火剤を使用する。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	火災に応じた消火剤を使用する。

#### 不適切な消火剤

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	認知済みのものは無し。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	認知済みのものは無し。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	認知済みのものは無し。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	認知済みのものは無し。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	認知済みのものは無し。

#### 火災時の措置に関する特有の危険有害性

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

#### 有害な熱分解生成物

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	特にデータは無い。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 金属酸化物
MycoSensor PCR Assay Internal Control	特にデータは無い。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。

#### 消防士用の特別な防具と予防措置

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

#### 消火を行う者の保護

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着

## 5. 火災時の措置

MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	しなければならない。 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

#### 緊急時要員以外の人員用

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

#### 緊急時の責任者用

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

#### 環境に対する注意事項

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、

## 6. 漏出時の措置

Control	排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材:

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 安全に取扱うための注意事項

#### 保護措置

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。

#### 一般的な職業衛生に関する助言

MycoSensor PCR Assay Kit Primers	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
Mycoplasma Plus StrataClean Resin	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
MycoSensor PCR Assay Internal Control	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。



## 7. 取扱い及び保管上の注意

<p>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</p>	<p>同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。</p>
<p><b>安全に保管するための注意事項</b> : MycoSensor PCR Assay Kit Primers</p>	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
<p>Mycoplasma Plus StrataClean Resin</p>	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
<p>MycoSensor PCR Assay Internal Control</p>	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
<p>MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control</p>	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>
<p>MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix</p>	<p>現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。</p>

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

#### 曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

### 適切な技術的管理

: 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

### 環境曝露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

### 個人の保護措置

## 8. ばく露防止及び保護措置

- 衛生対策** : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。
- 保護眼鏡/保護面** : リスク評価によって必要とされる場合は、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：側方シールド付の保護眼鏡。
- 皮膚の保護**
- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。
- 身体保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
- その他の皮膚保護具** : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。
- 呼吸用保護具** : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 外観

- 物理的状态** : MycoSensor PCR Assay Kit 液体。  
Primers  
Mycoplasma Plus StrataClean 液体。  
Resin  
MycoSensor PCR Assay Internal Control 液体。  
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control 液体。  
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix 液体。
- 色** : MycoSensor PCR Assay Kit データなし。  
Primers  
Mycoplasma Plus StrataClean データなし。  
Resin  
MycoSensor PCR Assay Internal Control データなし。  
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control データなし。  
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix データなし。
- 臭い** : MycoSensor PCR Assay Kit データなし。  
Primers  
Mycoplasma Plus StrataClean データなし。  
Resin  
MycoSensor PCR Assay Internal Control データなし。  
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control データなし。  
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix データなし。
- 臭いのしきい** : MycoSensor PCR Assay Kit データなし。  
Primers  
Mycoplasma Plus StrataClean データなし。  
Resin  
MycoSensor PCR Assay Internal Control データなし。  
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control データなし。  
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix データなし。
- pH** :

## 9. 物理的及び化学的性質

		MycoSensor PCR Assay Kit	7.5
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean	5
		Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal	7.5
		Control	
		MycoSensor PCR Assay M. orale	7.5
		Positive Control	
		MycoSensor PCR Assay Kit	7.5
		dNTP / dUTP Mix	
<b>融点</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit	0°C (32°F)
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean	データなし。
		Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal	0°C (32°F)
		Control	
		MycoSensor PCR Assay M. orale	0°C (32°F)
		Positive Control	
		MycoSensor PCR Assay Kit	0°C (32°F)
		dNTP / dUTP Mix	
<b>沸点</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit	100°C (212°F)
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean	データなし。
		Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal	100°C (212°F)
		Control	
		MycoSensor PCR Assay M. orale	100°C (212°F)
		Positive Control	
		MycoSensor PCR Assay Kit	100°C (212°F)
		dNTP / dUTP Mix	
<b>引火点</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean	データなし。
		Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal	データなし。
		Control	
		MycoSensor PCR Assay M. orale	データなし。
		Positive Control	
		MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		dNTP / dUTP Mix	
<b>燃焼点</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean	データなし。
		Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal	データなし。
		Control	
		MycoSensor PCR Assay M. orale	データなし。
		Positive Control	
		MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		dNTP / dUTP Mix	
<b>蒸発速度</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean	データなし。
		Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal	データなし。
		Control	
		MycoSensor PCR Assay M. orale	データなし。
		Positive Control	
		MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		dNTP / dUTP Mix	
<b>燃焼性(固体, 気体)</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit	該当せず。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean	該当せず。
		Resin	
		MycoSensor PCR Assay Internal	該当せず。
		Control	
		MycoSensor PCR Assay M. orale	該当せず。
		Positive Control	
		MycoSensor PCR Assay Kit	該当せず。
		dNTP / dUTP Mix	

## 9. 物理的及び化学的性質

爆発(燃焼)限界の上限および 下限	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。
蒸気圧	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。
蒸気密度	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。
比重	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。
溶解度	:	MycoSensor PCR Assay Kit	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	以下の物質に一部溶解する: 冷水 および 温水。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
n-オクタノール/水分係数	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。
分解温度	:	MycoSensor PCR Assay Kit	データなし。
		Primers	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。



## 9. 物理的及び化学的性質

自然発火温度	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	データなし。	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。	
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。	
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。	
	粘度	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	データなし。
			Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。	
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。	
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。	

## 10. 安定性及び反応性

反応性	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。	
	化学的安定性	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	製品は安定である。
			Mycoplasma Plus StrataClean Resin	製品は安定である。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	製品は安定である。	
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	製品は安定である。	
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	製品は安定である。	
危険有害反応可能性		:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
			Mycoplasma Plus StrataClean Resin	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。	
	避けるべき条件	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	特にデータは無い。
			Mycoplasma Plus StrataClean Resin	特にデータは無い。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	特にデータは無い。	
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。	
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。	

## 10. 安定性及び反応性

<b>混触危険物質</b>	：	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
<b>危険有害な分解生成物</b>	：	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

## 11. 有害性情報

### 毒物学的作用に関する情報

#### 急性毒性

データなし。

#### 刺激性/腐食性

データなし。

#### 感作

データなし。

#### 変異原性

データなし。

#### 発がん性

データなし。

#### 生殖毒性

データなし。

#### 催奇形性

データなし。

#### 特定標的臓器／全身毒性(単回暴露)

データなし。

#### 特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

データなし。

#### 呼吸に対する危険有害性

データなし。

<b>可能性のある暴露経路についての情報</b>	：	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	データなし。
		Mycoplasma Plus StrataClean Resin	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Internal Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	データなし。
		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	データなし。

#### 起こりうる急性毒性

## 11. 有害性情報

<b>眼に入った場合</b>	: <b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b> Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>吸入した場合</b>	: <b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b> Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>皮膚に付着した場合</b>	: <b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b> Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>飲み込んだ場合</b>	: <b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b> Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

<b>眼に入った場合</b>	: <b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b> Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
<b>吸入した場合</b>	: <b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b> Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
<b>皮膚に付着した場合</b>	: <b>MycoSensor PCR Assay Kit Primers</b> Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。

## 11. 有害性情報

<b>飲み込んだ場合</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。
	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	特にデータは無い。
	:	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	特にデータは無い。
	:	MycoSensor PCR Assay Internal Control	特にデータは無い。
	:	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	特にデータは無い。
	:	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	特にデータは無い。

### 遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

#### 短期暴露

潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。

#### 長期暴露

潜在的な即時性作用	:	データなし。
潜在的な遅発性作用	:	データなし。

#### 健康への慢性効果の可能性

データなし。

<b>概要</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	:	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	:	MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	:	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	:	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	<b>発がん性</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		:	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
:		MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
:		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
:		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
<b>変異原性</b>		:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		:	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	:	MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	:	MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	:	MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
	<b>催奇形性</b>	:	MycoSensor PCR Assay Kit Primers	重大な作用や危険有害性は知られていない。
		:	Mycoplasma Plus StrataClean Resin	重大な作用や危険有害性は知られていない。
:		MycoSensor PCR Assay Internal Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
:		MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control	重大な作用や危険有害性は知られていない。	
:		MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。	



## 11. 有害性情報

<b>発育への影響</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
<b>生殖能力に対する影響</b>	: MycoSensor PCR Assay Kit Primers Mycoplasma Plus StrataClean Resin MycoSensor PCR Assay Internal Control MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 毒性の数値化

#### 急性毒性の推定

データなし。

## 12. 環境影響情報

### 毒性

データなし。

### 残留性・分解性

データなし。

### 生体蓄積性

データなし。

### 土壤中の移動性

土壌/水分係数( $K_{oc}$ ) : データなし。  
移動性 : データなし。

### オゾン層への有害性

: 該当せず。

### その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

### 廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

## 14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

**使用者のための特別な予防措置** : **使用者の施設内での輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

**MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬** : データなし。

## 15. 適用法令

### 消防法

記載された成分なし。

消防法 – 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : 該当せず。

指定数量 : データなし。

### 海事安全

#### 危険物の海上運送規制に関する通達

記載された成分なし。

#### 容器等級

記載された成分なし。

### 労働安全衛生法

#### 特定化学物質の用途

記載された成分なし。

#### ラベルに関する規定

記載された成分なし。

#### 名称等を通知すべき危険物及び有害物

記載された成分なし。

#### 発がん性物質

記載された成分なし。

#### 変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

### 化審法

## 15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
MycoSensor PCR Assay Kit Primers エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
MycoSensor PCR Assay Internal Control エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
MycoSensor PCR Assay M. orale Positive Control エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
MycoSensor PCR Assay Kit dNTP / dUTP Mix エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36

### 毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

記載された成分なし。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

### 国際規格

#### 化学兵器禁止条約リストスケジュールII、IIIの化学物質

非該当。

#### モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

#### 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

#### 事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

#### POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

### インベントリリスト

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

中国 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

ヨーロッパ : 未確定。

日本 : 日本インベントリ(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。  
日本インベントリ(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

マレーシア : 未確定。

ニュージーランド : 未確定。

フィリピン : 未確定。

大韓民国 : 未確定。

台湾 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

タイ : 未確定。

トルコ : 未確定。

米国 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

ベトナム : 未確定。

## 16. その他の情報

### 履歴

発行日/改訂版の日付	: 30/06/2017
前作成日	: 15/05/2015.
バージョン	: 4
参照	: データなし。

☑ 前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。