

SICHERHEITSDATENBLATT



OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname : OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Produkt Nr. (Kit) : 5064-8220
Produkt Nr. : Refractive Index Det OQ/ 5064-8220-1
PV Test Sample (5 mg/
mL)
Refractive Index Det OQ/ 5064-8220-2
PV Test Sample (10 mg/
mL)
Refractive Index Det OQ/ 5064-8220-3
PV Test Sample (15 mg/
mL)
Refractive Index Det OQ/ 5064-8220-4
PV Test Sample (25 mg/
mL)
Refractive Index Det OQ/ 5064-8220-5
PV Test Sample (50 mg/
mL)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen	
Analytische Chemie.	
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	1 x 5 ml
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	1 x 5 ml
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	1 x 5 ml
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	1 x 5 ml
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	1 x 5 ml

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000

E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB : pdl-msds_author@agilent.com

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer (mit Öffnungszeiten) : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

OO_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : OO_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Produktdefinition : Refractive Index Det OO/ Gemisch
PV Test Sample (5 mg/
mL)
Refractive Index Det OO/ Gemisch
PV Test Sample (10 mg/
mL)
Refractive Index Det OO/ Gemisch
PV Test Sample (15 mg/
mL)
Refractive Index Det OO/ Gemisch
PV Test Sample (25 mg/
mL)
Refractive Index Det OO/ Gemisch
PV Test Sample (50 mg/
mL)

Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

**Refractive Index Det OO/PV
Test Sample (5 mg/mL)**

H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

**Refractive Index Det OO/PV
Test Sample (10 mg/mL)**

H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

**Refractive Index Det OO/PV
Test Sample (15 mg/mL)**

H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

**Refractive Index Det OO/PV
Test Sample (25 mg/mL)**

H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

**Refractive Index Det OO/PV
Test Sample (50 mg/mL)**

H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.

Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme :



ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Signalwort	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Achtung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Achtung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Achtung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Achtung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Achtung
Gefahrenhinweise	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) GHS07 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) GHS07 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) GHS07 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) GHS07 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) GHS07 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise	
Prävention	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) P280 - Schutzhandschuhe tragen. P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) P280 - Schutzhandschuhe tragen. P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) P280 - Schutzhandschuhe tragen. P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Arbeitsplatzes tragen. P280 - Schutzhandschuhe tragen. P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	P280 - Schutzhandschuhe tragen. P261 - Einatmen von Dampf vermeiden. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
Reaktion	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe anfordern.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe anfordern.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe anfordern.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe anfordern.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche Hilfe anfordern.
Lagerung	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Nicht anwendbar.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Entsorgung : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Gefährliche Inhaltsstoffe : **Glycerin Standard 1**
 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

Glycerin Standard 2
 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

Glycerin Standard 3
 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

Glycerin Standard 4
 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

Glycerin Standard 5
 Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1)

Ergänzende Kennzeichnungselemente : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Nicht anwendbar.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Nicht anwendbar.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Nicht anwendbar.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Nicht anwendbar.
 Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Nicht anwendbar.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse : Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (5 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (10 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (15 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (25 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (50 mg/ mL)

Spezielle Verpackungsanforderungen

Tastbarer Warnhinweis : Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (5 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (10 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (15 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (25 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Nicht anwendbar.
 PV Test Sample (50 mg/ mL)

2.3 Sonstige Gefahren

Andere Gefahren, die zu keiner Einstufung führen : Refractive Index Det OQ/ Keine bekannt.
 PV Test Sample (5 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Keine bekannt.
 PV Test Sample (10 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Keine bekannt.
 PV Test Sample (15 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Keine bekannt.
 PV Test Sample (25 mg/ mL)
 Refractive Index Det OQ/ Keine bekannt.
 PV Test Sample (50 mg/ mL)

Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische : Refractive Index Det OQ/PV Test Gemisch
 Sample (5 mg/mL)
 Refractive Index Det OQ/PV Test Gemisch
 Sample (10 mg/mL)
 Refractive Index Det OQ/PV Test Gemisch
 Sample (15 mg/mL)
 Refractive Index Det OQ/PV Test Gemisch
 Sample (25 mg/mL)
 Refractive Index Det OQ/PV Test Gemisch
 Sample (50 mg/mL)

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Identifikatoren	%	Einstufung	Typ
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Verzeichnis: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Verzeichnis: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Verzeichnis: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Verzeichnis: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	[1]

☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	CAS: 55965-84-9 Verzeichnis: 613-167-00-5	<0.06	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Siehe Abschnitt 16 für den vollständigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sätze.	[1]
--	--	-------	---	-----

Typ
 [1] Stoff eingestuft als gesundheitsgefährdend oder umweltgefährlich
 [2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert
 [3] Stoff erfüllt die Kriterien für PBT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
 [4] Stoff erfüllt die Kriterien für vPvB gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
 [5] Ähnlich besorgniserregender Stoff
 Die Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfügbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt : ☑Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die oberen und unteren Augenlider anheben. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Bei Reizung einen Arzt hinzuziehen.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen	<p>Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/</p>	<p>Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.</p> <p>Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.</p> <p>Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.</p> <p>Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.</p> <p>Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei</p>
-----------------	---	---

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

<p>Hautkontakt</p>	<p>ØQ_PV Test Sample (5 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det ØQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det ØQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det ØQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)</p> <p>Refractive Index Det ØQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)</p>	<p>nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern. Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.</p> <p>Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.</p> <p>Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.</p> <p>Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.</p> <p>Mit viel Wasser und Seife waschen. Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei. Mindestens 10 Minuten lang ständig spülen. Einen Arzt verständigen. Im Fall von Beschwerden oder Symptomen weitere Einwirkung vermeiden. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen.</p>
---------------------------	---	--

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verschlucken	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebißprothese falls vorhanden entfernen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebißprothese falls vorhanden entfernen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebißprothese falls vorhanden entfernen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Refractive Index Det OQ/
 PV Test Sample (25 mg/
 mL)

Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebißprothese falls vorhanden entfernen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

Refractive Index Det OQ/
 PV Test Sample (50 mg/
 mL)

Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebißprothese falls vorhanden entfernen. Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Wurde der Stoff verschluckt und ist die betroffene Person bei Bewusstsein, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Bei Übelkeit nicht weiter trinken lassen, da Erbrechen gefährlich sein kann. Kein Erbrechen herbeiführen außer bei ausdrücklicher Anweisung durch medizinisches Personal. Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf tief halten, damit das Erbrochene nicht in die Lungen eindringt. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn die gesundheitlichen Beeinträchtigungen anhalten oder schwerwiegend sind. Niemals einer bewußtlosen Person etwas durch den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen halten. Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, Gürtel oder Bund) lockern.

Schutz der Ersthelfer : Refractive Index Det OQ/
 PV Test Sample (5 mg/
 mL)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

Refractive Index Det OQ/
 PV Test Sample (10 mg/
 mL)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

Refractive Index Det OQ/
 PV Test Sample (15 mg/
 mL)

Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung

☑Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ☑Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

	durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Für die Erste Hilfe leistende Person kann es gefährlich sein, eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzuführen. Waschen Sie verunreinigte Kleidung gründlich mit Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Augenkontakt	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Einatmen	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)		Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verschlucken	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Zeichen/Symptome von Überexposition

Augenkontakt	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
Einatmen	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: ☑Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hautkontakt	PV Test Sample (15 mg/mL)	
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
Verschlucken	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/mL)	Keine spezifischen Daten.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

QQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: QQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Hinweise für den Arzt	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken oder Inhalieren größerer Mengen sofort den Spezialisten der Giftinformationszentrale kontaktieren.
Besondere Behandlungen	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besondere Behandlung.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besondere Behandlung.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besondere Behandlung.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besondere Behandlung.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besondere Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignete Löschmittel	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist.

OO_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: OO_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Ungeeignete Löschmittel :

Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine bekannt.
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine bekannt.
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine bekannt.
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine bekannt.
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine bekannt.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Stoff oder der Mischung ausgehen	Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Bei Erwärmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und der Behälter kann platzen.
	Gefährliche Verbrennungsprodukte	Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (5 mg/ mL)
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (10 mg/ mL)		Keine spezifischen Daten.
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (15 mg/ mL)		Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (25 mg/ mL)		Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid
Refractive Index Det OO/ PV Test Sample (50 mg/ mL)		Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: Kohlendioxid Kohlenmonoxid

QQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: QQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Feuerwehrpersonal	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundsatz bei Unfällen mit Chemikalien.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/	Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

mL) tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden. Kleidung für Feuerwehrleute (einschließlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die Europäische Norm EN 469 einhält, gibt einen Grundschutz bei Unfällen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persönlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Umgebung evakuieren. Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang verwehren. Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei unzureichender Lüftung Atemschutzgerät tragen. Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Einsatzkräfte	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten. Siehe auch Informationen in "Für Personen, die keine Rettungskräfte sind".
6.2 Umweltschutzmaßnahmen	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. Die

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft).

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit Wasser verdünnen und aufwischen, falls wasserlöslich. Alternativ, oder falls wasserunlöslich, mit einem inerten trockenen Material absorbieren und in einen geeigneten Abfallbehälter geben. Über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte	: Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall. Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung. Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.
--	---

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen	: ØQ_PV Test Sample (5 mg/ mL)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht einnehmen. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht einnehmen. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht einnehmen. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht einnehmen. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Geeignete Schutzausrüstung anlegen (siehe Abschnitt 8). Personen mit anamnestischer überempfindlicher Haut sollten keine Arbeiten verrichten bei denen dieses Produkt verwendet wird. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht einnehmen. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Ratschlag zur allgemeinen Arbeitshygiene

wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Leere Behälter enthalten Produktrückstände und können gefährlich sein. Behälter nicht wiederverwenden.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) : Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet, gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Die mit der Substanz umgehenden Personen müssen sich vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und das Gesicht waschen. Kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt 8 für weitere Angaben zu Hygienemaßnahmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) : Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 30°C (41 bis 86°F). Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

	und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 30°C (41 bis 86°F). Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 30°C (41 bis 86°F). Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 30°C (41 bis 86°F). Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 5 bis 30°C (41 bis 86°F). Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbewahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken lagern. Behälter bis zur Verwendung dicht verschlossen und versiegelt halten. Behälter, welche geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Zur Vermeidung

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlungen	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Industrielle Verwendungen, Gewerbliche Anwendungen.
Spezifische Lösungen für den Industriesektor	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Nicht anwendbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatz-Grenzwerte

Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt.

Empfohlene Überwachungsverfahren	: Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthält, kann eine persönliche, atmosphärische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Überwachung erforderlich sein, um die Wirksamkeit der Belüftung oder anderer Kontrollmaßnahmen und/oder die Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeräten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf Überprüfungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende: Europäische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphären - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegenüber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europäische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphären - Leitfaden für die Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geräten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europäische Norm DIN EN 482 (Arbeitsplatzatmosphären - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von
---	---

Produktname	: <input checked="" type="checkbox"/> Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente für Methoden zur Bestimmung gefährlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

DNELs/DMELs

Es liegen keine DNELs/DMELs-Werte vor.

PNECs

Es liegen keine PNECs-Werte vor.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Hygienische Maßnahmen : Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch gründlich Hände, Unterarme und Gesicht. Geeignete Methoden zur Beseitigung kontaminierter Kleidung wählen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwendung waschen. Stellen Sie sicher, dass in der Nähe des Arbeitsbereichs Augenspülstationen und Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Augen-/Gesichtsschutz : Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. Wenn ein Kontakt möglich ist, dann muss folgende Schutzausrüstung getragen werden, es sei denn, die Beurteilung erfordert einen höheren Schutzgrad: Schutzbrille mit Seitenblenden.

Hautschutz

Handschutz : Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. Unter Berücksichtigung der durch den Handschuhhersteller angegebenen Parameter ist während des Gebrauchs zu überprüfen, dass die Handschuhe ihre Schutzeigenschaften noch gewährleisten. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Durchbruchzeit für Handschuhmaterial für verschiedene Handschuhhersteller unterschiedlich sein kann. Bei Gemischen, die aus mehreren Stoffen bestehen, kann die Schutzzeit der Handschuhe nicht genau abgeschätzt werden.

Körperschutz : Vor dem Umgang mit diesem Produkt sollte die persönliche Schutzausrüstung auf der Basis der durchzuführenden Aufgabe und den damit verbundenen Risiken ausgewählt und von einem Spezialisten genehmigt werden.

Anderer Hautschutz : Geeignetes Schuhwerk und zusätzliche Hautschutzmaßnahmen auf Basis der durchzuführenden Aufgabe und der damit verbundenen Gefahren wählen, und vorgängig durch einen Fachmann genehmigen lassen.

Atemschutz : Wählen Sie – basierend auf der Gefahr und dem Risiko einer Exposition – die Atemschutzmaske aus, die die entsprechenden Standards erfüllt und über die entsprechenden Zertifikationen verfügt. Atemschutzmasken müssen gemäß dem Atemschutzprogramm benutzt werden, um einen richtigen Sitz, eine adäquate Schulung und andere wichtige Verwendungsaspekte sicherstellen zu können.

☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition : Emissionen von Belüftungs- und Prozessgeräten sollten überprüft werden, um sicherzugehen, dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze genügen. In einigen Fällen werden Abluftwäscher, Filter oder technische Änderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein, um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand	:	☑Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Flüssigkeit.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Flüssigkeit.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Flüssigkeit.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Flüssigkeit.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Flüssigkeit.
	Farbe	:	☑Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Farblos.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Farblos.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Farblos.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Farblos.
Geruch		:	☑Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Geruchlos.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Geruchlos.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Geruchlos.
		Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Geruchlos.

☑ OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑ OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Geruchlos.
Geruchsschwelle	: ☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.
pH-Wert	: ☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	7
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	7
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	7
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	7
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	7
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	: ☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	0°C
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	0°C
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	0°C
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	0°C
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	0°C

Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Siedebeginn und Siedebereich : Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) 100°C
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) 100°C
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) 100°C
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) 100°C
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) 100°C

Flammpunkt : Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Nicht verfügbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit : Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Nicht verfügbar.

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Nicht anwendbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Nicht anwendbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Nicht anwendbar.

☑ OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑ OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	(15 mg/mL) Refractive Index Det OQ/PV Test Sample	Nicht anwendbar.
	(25 mg/mL) Refractive Index Det OQ/PV Test Sample	Nicht anwendbar.
	(50 mg/mL) Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.
Dampfdruck	☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.
Dampfdichte	☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Relative Dichte	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	1
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	1
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	1
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	1
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	1
Löslichkeit(en)	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	In den folgenden Materialien leicht löslich: kaltes Wasser und heißem Wasser.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.
Selbstentzündungstemperatur	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	: <input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample	Nicht verfügbar.

☑ OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑ OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

	(15 mg/mL) Refractive Index Det OQ/PV Test Sample	Nicht verfügbar.
	(25 mg/mL) Refractive Index Det OQ/PV Test Sample	Nicht verfügbar.
	(50 mg/mL) Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
Zersetzungstemperatur	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.
Viskosität	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.
Explosive Eigenschaften	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht verfügbar.
	Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht verfügbar.

☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften : ☑Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Nicht verfügbar.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Nicht verfügbar.

9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität : ☑Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivität vor.

10.2 Chemische Stabilität : ☑Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Das Produkt ist stabil.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Das Produkt ist stabil.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Das Produkt ist stabil.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Das Produkt ist stabil.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Das Produkt ist stabil.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Keine spezifischen Daten.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Keine spezifischen Daten.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Keine spezifischen Daten.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Keine spezifischen Daten.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Keine spezifischen Daten.

10.5 Unverträgliche Materialien : Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Kann mit oxidierenden Substanzen reagieren oder mit ihnen unverträglich sein.

☑_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte : ☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL) Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
 ☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL) Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
 ☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL) Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
 ☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL) Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.
 ☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen Zerfallsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Name des Produkts / Inhaltsstoffs	Resultat	Spezies	Dosis	Exposition
☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	LD50 Oral	Ratte	53 mg/kg	-
☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	LD50 Oral	Ratte	53 mg/kg	-
☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	LD50 Oral	Ratte	53 mg/kg	-
☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/mL) Reaction mass aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on	LD50 Oral	Ratte	53 mg/kg	-

☑ Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑ Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

[EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)				
Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL) Reaction mass aus: 5-Chlor- 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)	LD50 Oral	Ratte	53 mg/kg	-

Schätzungen akuter Toxizität

Nicht verfügbar.

Reizung/Verätzung

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Sensibilisierender Stoff

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

Chronische Toxizität / Karzinogenität / Mutagenität / Teratogenität / Reproduktionstoxizität

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Nicht verfügbar.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

☑ Nicht verfügbar.

Aspirationsgefahr

Nicht verfügbar.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Zu erwartende Eintrittswege: Oral, Dermal, Einatmen.

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Einatmen : ☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
 Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	mL)	
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verschlucken	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Hautkontakt	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Augenkontakt	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

[Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften](#)

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Einatmen	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	Verschlucken	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)		Keine spezifischen Daten.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)		Keine spezifischen Daten.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)		Keine spezifischen Daten.
: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)		Keine spezifischen Daten.
Hautkontakt		: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Reizung Rötung

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

		Reizung
		Rötung
Augenkontakt	: ØRefractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine spezifischen Daten.

Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Kurzzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Langzeitexposition

Mögliche sofortige Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche verzögerte Auswirkungen : Nicht verfügbar.

Mögliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein	: ØRefractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.
	: Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Nach einer Sensibilisierung können bei einer späteren Belastung mit sehr geringen Mengen schwere allergische Reaktionen auftreten.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Karzinogenität	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Mutagenität	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Teratogenität	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Entwicklung	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	: Ø Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

☑ Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑ Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

	mL)	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
	mL)	Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit	:	☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Sonstige Angaben	:	☑ Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (5 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (10 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (15 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (25 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
		Refractive Index Det OQ/ PV Test Sample (50 mg/ mL)	Zu den Symptomen können gehören: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität

Schlussfolgerung / Zusammenfassung : Nicht verfügbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht verfügbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

☒ Nicht verfügbar.

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.4 Mobilität im Boden

Verteilungskoeffizient Boden/Wasser (K_{oc}) : Nicht verfügbar.
Mobilität : Nicht verfügbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT : Nicht anwendbar.
vPvB : Nicht anwendbar.

12.6 Andere schädliche Wirkungen : Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lösungen und Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umweltschutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie den Anforderungen der örtlichen Behörden erfolgen. Überschüsse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte über ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Abfall nicht unbehandelt in die Kanalisation einleiten ausser wenn alle anwendbaren Vorschriften der Behörden eingehalten werden.

Gefährliche Abfälle : Die Einstufung des Produktes erfüllt möglicherweise die Kriterien für gefährlichen Abfall.

Verpackung

Entsorgungsmethoden : Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder minimiert werden. Verpackungsabfall sollte wiederverwertet werden. Verbrennung oder Deponierung sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn Wiederverwertung nicht durchführbar ist.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern, die nicht gereinigt oder ausgespült wurden. Leere Behälter und Auskleidungen können Produktrückstände enthalten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewässern, Abflüssen und Abwasserleitungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID / IMDG / IATA : Nicht unterstellt.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender : **Transport auf dem Werksgelände:** nur in geschlossenen Behältern transportieren, die senkrecht und fest stehen. Personen, die das Produkt transportieren, müssen für das richtige Verhalten bei Unfällen, Auslaufen oder Verschütten unterwiesen sein.

14.7 : Nicht verfügbar.

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Ausgabedatum/Überarbeitungsdatum : 20/05/2016

☑ OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : OQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV

Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe

Keine der Komponenten ist gelistet.

Anhang XVII - Beschränkung der Herstellung des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Mischungen und Erzeugnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)	Nicht anwendbar.
	<input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)	Nicht anwendbar.
	<input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)	Nicht anwendbar.
	<input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)	Nicht anwendbar.
	<input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)	Nicht anwendbar.

Sonstige EU-Bestimmungen

Europäisches Inventar : Nicht bestimmt.

Seveso-Richtlinie

Dieses Produkt wird nicht unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Nationale Vorschriften

Lagerklasse (TRGS 510) : 12

Wassergefährdungsklasse : 1 Anhang Nr. 4

Technische Anleitung Luft : A-Luft Nummer 5.2.5: 2%

AOX : Das Produkt enthält organisch gebundene Halogene und kann zum AOX-Wert im Abwasser beitragen.

Internationale Vorschriften

Chemiewaffenübereinkommen, Chemikalien der Liste I, II & III

Nicht gelistet.

Montreal Protokoll (Anhänge A, B, C, E)

Nicht gelistet.

Stockholm-Konvention über persistente organische Schadstoffe

Nicht gelistet.

Rotterdam Übereinkommen über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkennzeichnung (PIC)

Nicht gelistet.

UNECE-Aarhus-Protokoll über persistente organische Verbindungen (POP) und Schwermetalle

Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Nicht gelistet.

Internationale Listen

Nationales Inventar

- Australien** : Nicht bestimmt.
- Kanada** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- China** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Japan** : **Japanisches Inventar für bestehende und neue Chemikalien (ENCS)**: Nicht bestimmt.
Japanische liste (ISHL): Nicht bestimmt.
- Malaysia** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Neuseeland** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Philippinen** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Süd-Korea** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Taiwan** : Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
- Türkei** : Nicht bestimmt.
- USA** : Nicht bestimmt.

15.2 : Diese Produkt enthält Substanzen, für die noch Stoffbewertungen erforderlich sein können.
Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen.

Abkürzungen und Akronyme : ATE = Schätzwert akute Toxizität
 CLP =Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr. 1272/2008]
 DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
 EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
 PNEC = Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration
 RRN = REACH Registriernummer

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung	Begründung
<input checked="" type="checkbox"/> Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Rechenmethode
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Rechenmethode
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Rechenmethode
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Rechenmethode
Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL) Skin Sens. 1, H317	Rechenmethode

ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname	: ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens	: Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG Hewlett-Packard-Str. 8 76337 Waldbronn Deutschland 0800 603 1000
Notrufnummer	: CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr.	: 5064-8220

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der abgekürzten H-Sätze : **Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)**

H301	Giftig bei Verschlucken.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)

H301	Giftig bei Verschlucken.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)

H301	Giftig bei Verschlucken.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)

H301	Giftig bei Verschlucken.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H331	Giftig bei Einatmen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)

H301	Giftig bei Verschlucken.
H311	Giftig bei Hautkontakt.

☑ Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220

Produktname : ☑ Q_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
 Hewlett-Packard-Str. 8
 76337 Waldbronn
 Deutschland
 0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
 H331 Giftig bei Einatmen.
 H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
 H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Volltext der Einstufungen [CLP/GHS] : ☑ Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (5 mg/mL)

Acute Tox. 3, H301 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H311 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H331 AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 3
 Aquatic Acute 1, H400 AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Aquatic Chronic 1, H410 LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Skin Corr. 1B, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
 Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (10 mg/mL)

Acute Tox. 3, H301 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H311 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H331 AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 3
 Aquatic Acute 1, H400 AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Aquatic Chronic 1, H410 LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Skin Corr. 1B, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
 Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (15 mg/mL)

Acute Tox. 3, H301 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H311 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H331 AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 3
 Aquatic Acute 1, H400 AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Aquatic Chronic 1, H410 LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Skin Corr. 1B, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
 Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (25 mg/mL)

Acute Tox. 3, H301 AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H311 AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 3
 Acute Tox. 3, H331 AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 3
 Aquatic Acute 1, H400 AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Aquatic Chronic 1, H410 LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
 Skin Corr. 1B, H314 ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
 Skin Sens. 1, H317 SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

Refractive Index Det OQ/PV Test Sample (50 mg/mL)

Produktname : ØQ_PV Test Sample for Refractive Index Detector, Part Number 5064-8220
Bezeichnung des Unternehmens : Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG
Hewlett-Packard-Str. 8
76337 Waldbronn
Deutschland
0800 603 1000
Notrufnummer : CHEMTREC®: 0800-181-7059; +(49)- 69643508409
Produkt Nr. : 5064-8220

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Acute Tox. 3, H301	AKUTE TOXIZITÄT (Oral) - Kategorie 3
Acute Tox. 3, H311	AKUTE TOXIZITÄT (Dermal) - Kategorie 3
Acute Tox. 3, H331	AKUTE TOXIZITÄT (Einatmen) - Kategorie 3
Aquatic Acute 1, H400	AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Aquatic Chronic 1, H410	LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND - Kategorie 1
Skin Corr. 1B, H314	ÄTZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 1B
Skin Sens. 1, H317	SENSIBILISIERUNG DER HAUT - Kategorie 1

Ausgabedatum/ : 20/05/2016

Überarbeitungsdatum

Datum der letzten : 17/03/2014.

Ausgabe

Version : 4

Hinweis für den Leser

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument entsprechen dem Wissensstand von Agilent zum Zeitpunkt der Erstellung. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen.