

# 安全データシート

Ethanol Calibration Kit, Part Number G3440-85036

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	: Ethanol Calibration Kit, Part Number G3440-85036
品番 (化学検査キット)	: G3440-85036
部品番号	: Ethanol Calibration Standard # 1 (500 ug/mL G3440-85036-1 ) Ethanol Calibration Standard # 2 (800 ug/mL G3440-85036-2 ) Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/ G3440-85036-3 mL) Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/ G3440-85036-4 mL) Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/ G3440-85036-5 mL)
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社  住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  電話番号 +81-42-660-3111
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637
化学製品の推奨される用途	: <input checked="" type="checkbox"/> 分析化学研究所用の試薬および基準 1.2 ml/アンブル Ethanol Calibration Standard # 1 (500 ug/mL 1.2 ml ) Ethanol Calibration Standard # 2 (800 ug/mL 1.2 ml ) Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/ 1.2 ml mL) Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/ 1.2 ml mL) Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/ 1.2 ml mL)
発行日/改訂版の日付	: 19/07/2018
前作成日	: 28/07/2016

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

 分類されていない。

### GHS ラベル要素

#### 注意喚起語

Ethanol Calibration Standard # 1 ( 注意喚起語なし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 注意喚起語なし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 注意喚起語なし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 注意喚起語なし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 注意喚起語なし。  
3000 ug/mL)

#### 危険有害性情報

Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
3000 ug/mL)

#### 注意書き

## 2. 危険有害性の要約

- 安全対策** : Ethanol Calibration Standard # 1 (該当せず。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (該当せず。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (該当せず。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (該当せず。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (該当せず。3000 ug/mL)
- 応急措置** : Ethanol Calibration Standard # 1 (該当せず。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (該当せず。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (該当せず。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (該当せず。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (該当せず。3000 ug/mL)
- 保管** : Ethanol Calibration Standard # 1 (該当せず。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (該当せず。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (該当せず。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (該当せず。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (該当せず。3000 ug/mL)
- 廃棄** : Ethanol Calibration Standard # 1 (該当せず。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (該当せず。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (該当せず。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (該当せず。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (該当せず。3000 ug/mL)
- 他の危険有害性** : Ethanol Calibration Standard # 1 (認知済みのものは無し。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (認知済みのものは無し。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (認知済みのものは無し。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (認知済みのものは無し。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (認知済みのものは無し。3000 ug/mL)

## 3. 組成及び成分情報

- 化学物質／混合物** : Ethanol Calibration Standard # 1 (混合物 500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (混合物 800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (混合物 1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (混合物 2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (混合物 3000 ug/mL)

### CAS 番号／他の特定名

### 3. 組成及び成分情報

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	<0.30	64-17-5	2-202	(2)-202
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	<0.30	64-17-5	2-202	(2)-202
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	<0.30	64-17-5	2-202	(2)-202

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

### 4. 応急措置

#### 必要な応急処置の説明

##### 眼に入った場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 (500 ug/mL) (すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 2 (800 ug/mL) (すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) (すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) (すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) (すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。)

##### 吸入した場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 (500 ug/mL) (空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 2 (800 ug/mL) (空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) (空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) (空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) (空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)

##### 皮膚に付着した場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 (500 ug/mL) (多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 2 (800 ug/mL) (多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) (多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) (多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)
- Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) (多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。)

## 4. 応急措置

### 飲み込んだ場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 水で口を洗淨する。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 水で口を洗淨する。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 水で口を洗淨する。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 水で口を洗淨する。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 水で口を洗淨する。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。 医師の指示がない限り、吐かせてはならない。 症状が現れたら、医師の診断を受ける。

### 最も重要な急性および遅発性の症状/影響

#### 起こりうる急性毒性

##### 眼に入った場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。

##### 吸入した場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。

##### 皮膚に付着した場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。

##### 飲み込んだ場合

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。

#### 短期暴露

## 4. 応急措置

**潜在的な遅発性作用** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。  
3000 ug/mL)

### 過剰暴露の徴候/症状

**眼に入った場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 特にデータは無い。  
3000 ug/mL)

**吸入した場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 特にデータは無い。  
3000 ug/mL)

**皮膚に付着した場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 特にデータは無い。  
3000 ug/mL)

**飲み込んだ場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 特にデータは無い。  
3000 ug/mL)

### 必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

**医師に対する特別な注意事項** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取  
500 ug/mL) あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に  
連絡する。  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取  
800 ug/mL) あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に  
連絡する。  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取  
1000 ug/mL) あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に  
連絡する。  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取  
2000 ug/mL) あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に  
連絡する。  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取  
3000 ug/mL) あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に  
連絡する。

## 4. 応急措置

### 特定の治療法

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 特定の治療法はない。  
500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 特定の治療法はない。  
800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 特定の治療法はない。  
1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 特定の治療法はない。  
2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 特定の治療法はない。  
3000 ug/mL)

### 応急措置をする者の保護

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。  
500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。  
800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。  
1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。  
2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。  
3000 ug/mL)

有害性情報を参照(セクション11)

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

#### 消火剤

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 火災に応じた消火剤を使用する。  
500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 火災に応じた消火剤を使用する。  
800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 火災に応じた消火剤を使用する。  
1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 火災に応じた消火剤を使用する。  
2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 火災に応じた消火剤を使用する。  
3000 ug/mL)

#### 不適切な消火剤

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 認知済みのものは無し。  
500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 認知済みのものは無し。  
800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 認知済みのものは無し。  
1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 認知済みのものは無し。  
2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 認知済みのものは無し。  
3000 ug/mL)

### 火災時の措置に関する特有の危険有害性

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。  
3000 ug/mL)

#### 有害な熱分解生成物

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 特にデータは無い。  
500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 特にデータは無い。  
800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 特にデータは無い。  
1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 特にデータは無い。  
2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 特にデータは無い。  
3000 ug/mL)

## 5. 火災時の措置

### 消防士用の特別な防具と 予防措置

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。)

### 消火を行う者の保護

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。)

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

#### 緊急時要員以外の人員用

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) ( 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。)

#### 緊急時の責任者用

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) ( 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) ( 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。)

## 6. 漏出時の措置

- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

### 環境に対する注意事項

- Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材:

- Ethanol Calibration Standard # 1 ( 500 ug/mL) 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 800 ug/mL) 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 1000 ug/mL) 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 2000 ug/mL) 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 3000 ug/mL) 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。



## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 安全に取扱うための注意事項

#### 保護措置

- : Ethanol Calibration Standard # 1 (適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 (適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 (適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 (適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 (適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。3000 ug/mL)

#### 一般的な職業衛生に関する助言

- : Ethanol Calibration Standard # 1 (本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。 500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 (本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。 800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 (本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。 1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 (本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。 2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 (本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。 3000 ug/mL)

### 安全に保管するための注意事項

- : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。 500 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 2 ( 現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。 800 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 3 ( 現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。 1000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 4 ( 現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。 2000 ug/mL)
- Ethanol Calibration Standard # 5 ( 現地の法規制に従って保管する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。 非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。 3000 ug/mL)

## 7. 取扱い及び保管上の注意

して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

### 曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

### 適切な技術的管理

: 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

### 環境暴露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げするために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

### 個人の保護措置

#### 衛生対策

: 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

#### 保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。

#### 皮膚の保護

#### 手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。

#### 身体保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

#### その他の皮膚保護具

: この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

#### 呼吸用保護具

: 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 外観

#### 物理的状态

: Ethanol Calibration Standard # 1 (液体。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (液体。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (液体。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (液体。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (液体。  
3000 ug/mL)

#### 色

: Ethanol Calibration Standard # 1 (データなし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (データなし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (データなし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (データなし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (データなし。  
3000 ug/mL)

## 9. 物理的及び化学的性質

臭い	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
臭いのしきい	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
pH	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
融点	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 0°C (32°F) 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( 0°C (32°F) 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( 0°C (32°F) 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( 0°C (32°F) 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( 0°C (32°F) 3000 ug/mL)
沸点	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 100°C (212°F) 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( 100°C (212°F) 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( 100°C (212°F) 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( 100°C (212°F) 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( 100°C (212°F) 3000 ug/mL)
引火点	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
燃焼点	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)

## 9. 物理的及び化学的性質

<b>蒸発速度</b>	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
<b>燃焼性(固体, 気体)</b>	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 該当せず。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( 該当せず。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( 該当せず。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( 該当せず。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( 該当せず。 3000 ug/mL)
<b>爆発(燃焼)限界の上限および 下限</b>	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
<b>蒸気圧</b>	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
<b>蒸気密度</b>	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
<b>比重</b>	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。 3000 ug/mL)
<b>溶解度</b>	: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 500 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 2 ( 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 800 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 3 ( 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 1000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 4 ( 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 2000 ug/mL) Ethanol Calibration Standard # 5 ( 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 3000 ug/mL)

## 9. 物理的及び化学的性質

- n-オクタノール／水分配係数** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。  
3000 ug/mL)
- 分解温度** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。  
3000 ug/mL)
- 自然発火温度** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。  
3000 ug/mL)
- 粘度** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。  
3000 ug/mL)

## 10. 安定性及び反応性

- 反応性** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( この製品またはその成分に関しては、反応性に関する  
利用可能な具体的試験データはない。  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( この製品またはその成分に関しては、反応性に関する  
利用可能な具体的試験データはない。  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( この製品またはその成分に関しては、反応性に関する  
利用可能な具体的試験データはない。  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( この製品またはその成分に関しては、反応性に関する  
利用可能な具体的試験データはない。  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( この製品またはその成分に関しては、反応性に関する  
利用可能な具体的試験データはない。
- 化学的安定性** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 製品は安定である。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 製品は安定である。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 製品は安定である。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 製品は安定である。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 製品は安定である。  
3000 ug/mL)

## 10. 安定性及び反応性

**危険有害反応可能性** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。  
3000 ug/mL)

**避けるべき条件** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 特にデータは無い。  
3000 ug/mL)

**混触危険物質** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。  
3000 ug/mL)

**危険有害な分解生成物** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。  
3000 ug/mL)

## 11. 有害性情報

### 毒物学的作用に関する情報

#### 急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	124700 mg/m <sup>3</sup> 7 g/kg	4 時間 -
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	124700 mg/m <sup>3</sup> 7 g/kg	4 時間 -
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	124700 mg/m <sup>3</sup> 7 g/kg	4 時間 -

#### 刺激性/腐食性

## 11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	0.066666667 分 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	100 microliters	-
	皮膚 - 軽度の刺激性 皮膚 - 中刺激剤	ウサギ ウサギ	- -	400 milligrams 24 時間 20 milligrams	- -
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	0.066666667 分 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	100 microliters	-
	皮膚 - 軽度の刺激性 皮膚 - 中刺激剤	ウサギ ウサギ	- -	400 milligrams 24 時間 20 milligrams	- -
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	0.066666667 分 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	100 microliters	-
	皮膚 - 軽度の刺激性 皮膚 - 中刺激剤	ウサギ ウサギ	- -	400 milligrams 24 時間 20 milligrams	- -

## 感作

データなし。

## 変異原性

結論/要約 : データなし。

## 発がん性

結論/要約 : データなし。

## 生殖毒性

結論/要約 : データなし。

## 催奇形性

結論/要約 : データなし。

## 特定標的臓器 / 全身毒性 (単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	区分3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	区分3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	区分3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用

## 特定標的臓器 / 全身毒性 (反復暴露)

## 11. 有害性情報

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	区分1 区分2	未確定 未確定	肝臓 中枢神経系 (CNS)
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	区分1 区分2	未確定 未確定	肝臓 中枢神経系 (CNS)
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	区分1 区分2	未確定 未確定	肝臓 中枢神経系 (CNS)

## 呼吸に対する危険有害性

データなし。

**可能性のある暴露経路についての情報** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( データなし。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( データなし。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( データなし。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( データなし。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( データなし。  
3000 ug/mL)

## 起こりうる急性毒性

## 眼に入った場合

: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
3000 ug/mL)

## 吸入した場合

: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
3000 ug/mL)

## 皮膚に付着した場合

: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
3000 ug/mL)

## 飲み込んだ場合

: Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。  
3000 ug/mL)



## 11. 有害性情報

### 物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

- 眼に入った場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 (特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (特にデータは無い。  
3000 ug/mL)
- 吸入した場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 (特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (特にデータは無い。  
3000 ug/mL)
- 皮膚に付着した場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 (特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (特にデータは無い。  
3000 ug/mL)
- 飲み込んだ場合** : Ethanol Calibration Standard # 1 (特にデータは無い。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (特にデータは無い。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (特にデータは無い。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (特にデータは無い。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (特にデータは無い。  
3000 ug/mL)

### 遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

#### 短期暴露

- 潜在的な即時性作用** : データなし。  
**潜在的な遅発性作用** : データなし。

#### 長期暴露

- 潜在的な即時性作用** : データなし。  
**潜在的な遅発性作用** : データなし。

### 健康への慢性効果の可能性

- 概要** : Ethanol Calibration Standard # 1 (重大な作用や危険有害性は知られていない。  
500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 (重大な作用や危険有害性は知られていない。  
800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 (重大な作用や危険有害性は知られていない。  
1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 (重大な作用や危険有害性は知られていない。  
2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 (重大な作用や危険有害性は知られていない。  
3000 ug/mL)

## 11. 有害性情報

- 発がん性** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。3000 ug/mL)
- 変異原性** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。3000 ug/mL)
- 催奇形性** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。3000 ug/mL)
- 発育への影響** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。3000 ug/mL)
- 生殖能力に対する影響** : Ethanol Calibration Standard # 1 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。500 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 2 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。800 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 3 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。1000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 4 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。2000 ug/mL)  
Ethanol Calibration Standard # 5 ( 重大な作用や危険有害性は知られていない。3000 ug/mL)

### 毒性の数値化

#### 急性毒性の推定

データなし。

## 12. 環境影響情報

### 毒性

## 12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	急性 EC50 17.921 mg/l 海水 急性 EC50 2000 µg/l 真水 急性 LC50 25500 µg/l 海水  急性 LC50 42000 µg/l 真水 慢性 NOEC 4.995 mg/l 海水 慢性 NOEC 100 ul/L 真水  慢性 NOEC 0.375 ul/L 真水	藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna 甲殻類 - Artemia franciscana - 幼虫 魚類 - Oncorhynchus mykiss 藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Gambusia holbrooki - 幼虫	96 時間 48 時間 48 時間  4 日 96 時間 21 日 12 週
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	急性 EC50 17.921 mg/l 海水 急性 EC50 2000 µg/l 真水 急性 LC50 25500 µg/l 海水  急性 LC50 42000 µg/l 真水 慢性 NOEC 4.995 mg/l 海水 慢性 NOEC 100 ul/L 真水  慢性 NOEC 0.375 ul/L 真水	藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna 甲殻類 - Artemia franciscana - 幼虫 魚類 - Oncorhynchus mykiss 藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Gambusia holbrooki - 幼虫	96 時間 48 時間 48 時間  4 日 96 時間 21 日 12 週
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	急性 EC50 17.921 mg/l 海水 急性 EC50 2000 µg/l 真水 急性 LC50 25500 µg/l 海水  急性 LC50 42000 µg/l 真水 慢性 NOEC 4.995 mg/l 海水 慢性 NOEC 100 ul/L 真水  慢性 NOEC 0.375 ul/L 真水	藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna 甲殻類 - Artemia franciscana - 幼虫 魚類 - Oncorhynchus mykiss 藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 魚類 - Gambusia holbrooki - 幼虫	96 時間 48 時間 48 時間  4 日 96 時間 21 日 12 週

## 残留性・分解性

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	-	-	容易
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	-	-	容易
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	-	-	容易

## 生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP <sub>ow</sub>	BCF	可能性
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	-0.35	0.5	低
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	-0.35	0.5	低
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	-0.35	0.5	低

## 土壌中の移動性

## 12. 環境影響情報

土壌/水分配係数(K<sub>oc</sub>) : データなし。  
 移動性 : データなし。

オゾン層への有害性 : 該当せず。  
 その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

**廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

## 14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

**使用者のための特別な予防措置** : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

## 15. 適用法令

### 消防法

記載された成分なし。

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。 指定数量 : データなし。

### 海事安全

#### 危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
Ethanol Calibration Standard # 1 (500 ug/mL) エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Ethanol Calibration Standard # 2 (800 ug/mL) エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-

### 容器等級

記載された成分なし。

### 労働安全衛生法

#### 特定化学物質の用途

記載された成分なし。

## 15. 適用法令

### ラベルに関する規定

成分名	状況	政令番号
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	該当	61
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	該当	61
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	該当	61

### 名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	状況	政令番号
Ethanol Calibration Standard # 3 (1000 ug/mL) エタノール	該当	61
Ethanol Calibration Standard # 4 (2000 ug/mL) エタノール	該当	61
Ethanol Calibration Standard # 5 (3000 ug/mL) エタノール	該当	61

### 発がん性物質

記載された成分なし。

### 変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当  
 労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。  
 鉛中毒予防規則 : 非該当  
 四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

### 化審法

記載された成分なし。

### 毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

### 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

記載された成分なし。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当  
 海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

## 15. 適用法令

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

### 国際規格

#### 化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

#### モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

#### 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

#### 事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

#### POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

### インベントリリスト

オーストラリア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
カナダ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
中国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本	: 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。 日本インベントリー(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
マレーシア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ニュージーランド	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
大韓民国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ベトナム	: 未確定。

## 16. その他の情報

### 履歴

発行日/改訂版の日付	: 19/07/2018
前作成日	: 28/07/2016
バージョン	: 4

### 分類を行うために使用する手順

分類	正当化
<input checked="" type="checkbox"/> 分類されていない。	

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。