

Serviços Agilent CrossLab Start Up

Estação de trabalho/Estação de trabalho Plus do Agilent OpenLab CDS v2.8

Lista de Verificação de Preparação do Local do Software

Obrigado por adquirir software da **Agilent Technologies**. O CrossLab Start Up está focado em ajudar os clientes a encurtar o tempo que leva para começar a perceber o valor total de seu investimento em sistemas de instrumentos.

A preparação correta do local representa um primeiro passo fundamental no sentido de assegurar que os seus instrumentos e sistemas de software operam de forma confiável durante um período prolongado. Este documento assume o **formato de guia informativo e lista de verificação** que preparamos para você, descrevendo os requisitos de software para a configuração do sistema em seu laboratório.

Introdução

Informações para o Cliente

- Caso tenha alguma dúvida ou problemas ao fornecer o que foi descrito como parte das Responsabilidades do Cliente abaixo, entre em contato com a Agilent local ou a organização de serviços/suporte parceira para assistência antes da entrega. Adicionalmente, a Agilent e/ou seus parceiros reservam-se o direito de reprogramar a instalação, dependendo da prontidão do seu laboratório.
- Caso não seja possível ter o seu local pronto por qualquer motivo, entre em contato com a Agilent o quanto antes para reprogramar qualquer serviço que tenha sido adquirido.
- Outros serviços opcionais, tais como treinamento adicional, qualificação operacional (OQ) e consultoria para aplicações específicas do usuário, também poderão ser disponibilizados no momento da instalação, quando solicitados com o sistema, devendo ser contratados separadamente.

Responsabilidades do Cliente

Certifique-se de que o seu local cumpra as seguintes especificações antes da data de instalação. Para obter mais detalhes, consulte as seções especificadas nesta lista de verificação, incluindo:

- A disponibilização do **ambiente de computação** e do espaço necessários.
- O planejamento do número e da localização de **tomadas elétricas** para os seus sistemas de computador e periféricos.
- O cumprimento das **especificações de software, hardware e rede** descritas posteriormente neste documento.
- A localização das informações da **ordem de vendas**, dos códigos de autorização de software e/ou das licenças/certificados de software.
- Verifique a compatibilidade de hotfixes, atualizações da Microsoft e correções apropriadas para o sistema do cliente. **Nota Crítica: As mais recentes atualizações da Microsoft e versão do Windows devem estar instaladas no PC fornecido pelo cliente antes que a instalação possa ter início.**
- A disponibilização de **mídia de software**, discos etc., incluindo discos de atualização.
- A identificação de uma **solução de backup** adequada para o seu software.

- Se a Agilent estiver fornecendo **serviços de Instalação e Introdução**, os usuários do sistema de instrumentos devem estar presentes no decorrer desses serviços. Caso contrário, perderão informações operacionais, de segurança e de manutenção importantes.
- A disponibilização de um **administrador de sistemas/rede**, conforme a necessidade, para se conectar à sua intranet.
- Consulte a seção **Requisitos Especiais** para obter mais informações específicas do produto.
- Conclua a verificação final: execute a Ferramenta de Preparação do Sistema (SPT). Insira a mídia de instalação do OpenLab CDS 2.8 e execute *SystemPreparationTool.exe* em \Setup\Tools\SPT para concluir a verificação final.

A Ferramenta de Preparação do Sistema (SPT) verifica e aplica as configurações do Windows na sua máquina. A maioria das etapas é automatizada pela ferramenta. A aplicação dessas configurações ajuda a evitar problemas durante a instalação e o uso do produto. Leia o Relatório de Preparação do Sistema e faça os ajustes obrigatórios e recomendados que são descritos no relatório manualmente.

Se a Agilent estiver fornecendo serviços de instalação e familiarização, os usuários do instrumento devem estar presentes no decorrer destes serviços; caso contrário, perderão informações operacionais, de segurança e de manutenção importantes.

Links da Web Importantes para o Cliente

- Para acessar o Treinamento e educação Agilent, visite <https://www.agilent.com/en/training-events/events/agilent-education> para saber mais sobre as opções de treinamento, as quais podem ocorrer em sala de aula, no local ou online. Um especialista em treinamento pode trabalhar diretamente com você para ajudá-lo a determinar as melhores opções.
- Para acessar a página da Web do **Centro de Recursos da Agilent** visite <https://www.agilent.com/en-us/agilentresources>. Os seguintes tópicos informativos estão disponíveis:
 - Preparo e Contenção de Amostras
 - Padrões Químicos
 - Análise
 - Serviço e Suporte
 - Fluxos de Trabalho de Aplicação
- A **Comunidade Agilent** é um excelente lugar para obter respostas, colaborar com outras pessoas sobre aplicativos e produtos Agilent e encontrar documentos e vídeos detalhados relevantes para as tecnologias Agilent. Visite <https://community.agilent.com/welcome>
- Os vídeos sobre requisitos de preparação específicos do seu instrumento podem ser encontrados pesquisando no canal **YouTube da Agilent** em <https://www.youtube.com/user/agilent>
- **Precisa fazer uma chamada de manutenção? Manutenção e Reparo | Agilent**
- Os links para o Boletim de Status do Software (SSB) e Boletim de Lançamento do Software (SRB) estão em Software Bulletins.pdf, localizado no diretório Setup\Tools\Support\History na mídia de instalação.
- O sistema completo OpenLab Help & Learning com a Ajuda e os Recursos mais recentes, também está agora disponível online via <https://openlab.help.agilent.com>. A versão online disponibiliza manuais de usuário em outros idiomas..

Preparação do Local

Especificações do Software para Estações de Trabalho, Cliente e Servidores

Notas especiais

- Se você adquiriu um sistema com instrumentação de hardware inclusa, consulte a Lista de Verificação de Preparação Local de instrumentos e obtenha os requisitos relativos ao espaço nas bancadas do laboratório.

Descrição de especificações	Detalhes
Nome, versão do sistema operacional	Windows 10, Edição Enterprise ou Professional, 64 bits (21H2 ou superior) Windows 11, Edição Enterprise ou Professional, 64 bits (21H2 ou superior)
.NET Framework (64 bits)	.NET 3.5.x (<i>deve estar habilitado no Windows</i>) e .NET 4.8 ou superior (<i>instalado pelo Instalador do OpenLab CDS v2.8</i>)
.NET Core (64-bit)	.NET 6.x (<i>instalado pelo Instalador do OpenLab CDS v2.8</i>)
Navegador da Web	Google Chrome 98 ou superior Microsoft Edge
Software antivírus	Endpoint Protection da Symantec Trend Micro Microsoft Security Essentials McAfee
Compatibilidade/definições de idioma	Inglês Idioma europeu ocidental (<i>o CDS sempre será exibido em inglês</i>) Chinês (<i>Os drivers de instrumento não localizados são suportados e sempre serão exibidos em inglês</i>) Japonês (<i>Os drivers de instrumento não localizados são suportados e sempre serão exibidos em inglês</i>) Português brasileiro (<i>Os drivers de instrumento não localizados são suportados e sempre serão exibidos em inglês</i>)
Configurações/privilegios da conta	É necessário um usuário de domínio com privilégios de administrador local para a instalação e configuração

Especificações de hardware do computador para estações de trabalho, cliente e servidores

Descrição de especificações	Estação de Trabalho	Estação de Trabalho Plus
Tipo de processador e velocidade	Intel® i5, i7 ou Xeon E3 ou equivalente 3,0 GHz ou superior 4 Core	
Memória	8 GB para 1–2 instrumentos de até 2 pontos configurados. 16 GB para 4 instrumentos de 3 pontos de instrumento ou mais.	16 GB
	Verifique se há pelo menos 4 GB reservados para o sistema operacional Windows.	
Armazenamento interno/dispositivos/mídia	Capacidade mínima de 1 x 500 GB 7200 RPM SATA ou unidade de estado sólido equivalente. É recomendável SSD para melhor desempenho	Capacidade mínima de 2 x 500 GB ou 1 TB 7200 RPM SATA ou unidade de estado sólido equivalente. É recomendável SSD para melhor desempenho Se o computador possui um controlador de seções de disco, a Agilent recomenda 2 x 1 TB em RAID1.
Porta-RS-232	É necessária uma porta serial para instrumentos selecionados que ainda estejam usando a comunicação RS-232. Consulte as especificações do instrumento para mais detalhes.	
Porta USB	Necessário USB 2 para instalação através da mídia fornecida	
Placa LAN	100 MB/1 GB LAN para controle de instrumentos Necessária uma 2ª placa LAN para armazenamento, para isolar os instrumentos. da conexão intranet do laboratório.	
Resolução gráfica (Monitor exigido somente para o modo failover)	1600 x 900 mínimo 1920 x 1080 recomendado	

Especificações de Rede

Notas especiais

Ao usar comunicações LAN para conectar uma Estação de Trabalho/Estação de Trabalho Plus a um instrumento, use um destes métodos:

- Conecte por meio de um switch isolado usando cabeamento de rede CAT-5 padrão.
- O hardware de comunicação LAN deve ter capacidade para uma velocidade de 100/1000 Mbps (ou mais).
- Agrupamento NIC (Consulte a *Nota 1*): Os cartões LAN não devem ser agrupados na Estação de Trabalho/Estação de Trabalho Plus.
- A comunicação LAN deve estar na mesma sub-rede dos instrumentos e preferencialmente no mesmo segmento.

Nota 1: O agrupamento de Cartão de interface de rede (NIC) também é designado por Balanceamento de carga e Failover (LBFO)

Descrição de especificações	Suportado
Tipo de rede, largura de banda, velocidade, protocolo etc.	Somente protocolo de internet versão 4 (TCP/IPv4) <i>O protocolo de internet versão 6 (TCP/IPv6) não é suportado</i>
Endereço IP	Reserva estática ou DHCP

Requisitos Especiais

- Consulte o documento **CDS_v2.8_Requirements_en.pdf** na mídia de instalação para verificar os requisitos de hardware, software, instrumentos e firmware suportados.
- Se o cliente usar um Firewall diferente do Firewall do Windows, certifique-se de que todas as portas necessárias possam ser usadas pelo OpenLab CDS. Para mais detalhes, consulte a seção *Configurações de Firewall* do capítulo 3 Requisitos de Rede no guia *Requisitos e Instrumentos Suportados para Estações de Trabalho, Clientes e Controladores de Instrumentos do OpenLab CDS (CDS_v2.8_Requirements_en.pdf)*.

Revisão do Engenheiro de Serviço (opcional)

Se o Engenheiro de Serviço concluiu uma revisão dos requisitos de Preparação do Local com o cliente, ele deve preencher a seção Comentários a seguir.

Comentários do Engenheiro de Serviço

Se houver algum ponto específico que deva ser anotado como parte da execução da revisão de serviço ou outros itens de interesse para o cliente, anote nesta caixa.

Verificação de Preparação do Local

Número da Solicitação de Serviço:

Data da Revisão:

Nome do Engenheiro de Serviço:

Nome do Cliente:

Assinatura do Engenheiro de Serviço:

Número total de páginas neste documento: